

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**  
 Бр. 07- 4328 -4  
**19-11-2021 године**  
**БЕОГРАД**

ПИБ: 102116082  
 МАТ.БР: 07093608  
 ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21  
 АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445  
 Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs  
 Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,  
 доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:

Ред. бр.	НАЗИВ	J/M	Кол.
1	<p><b>Аутоклав</b></p> <p>Техничка спецификација:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Аутоклав вертикални мора да поседује ефективну радну запремину од 75 литара,</li> <li>▪ Унутрашњи простор аутоклава мора бити израђен од медицинског нерђајућег челика,</li> <li>▪ Пречник унутрашњег простора мора бити најмање 390mm ,</li> <li>▪ Висина унутрашњег простора мора бити таква да у аутоклав могу да се сместе две жичане корпе истовремено,</li> <li>▪ Жичане корпе морају бити такве конструкције да могу издржати терет до 10kg,</li> <li>▪ Аутоклав мора да обезбеди радни притисак од минимум 0,12 MPa,</li> <li>▪ Радна температура мора да буде у опсегу од 100-136°C,</li> <li>▪ Дозвољено варирање температуре може да буде ±0,1°C,</li> <li>▪ Временски опсег мора бити 0-999min,</li> <li>▪ Аутоклав мора да има LED дисплеј,</li> <li>▪ Аутоклав мора да има резервоар за деминерализовану воду израђен од нерђајућег челика,</li> <li>▪ Аутоклав мора радити при електричној мрежи напона од 220-230V и фреквенцији од 50/60Hz,</li> <li>▪ Аутоклав мора да има уgraђен сензор који сигнализира оператору да поклопац уређаја није лепо затворен,</li> <li>▪ Уколико дође до било какве непредвиђене околности у раду уређаја, мора да постоји аларм који би то сигнализирао оператору,</li> <li>▪ Уређај мора да има готове програме за стерилизацију различитих материјала, али и могућност ручног задавања параметара стерилизације.</li> </ul> <p>Сертификат о еталонирању:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уверење о еталонирању од метролошке лабораторије која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017 (које се односи на термометар - обавезно у тачкама измереним у близини 121°C, манометар и сигурносни вентил),</li> <li>▪ Фабрички калибрациони сертификат,</li> <li>▪ Сертификат о заступању производња.</li> </ul> <p>Документација:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Упутство за руковање и основно одржавање са описом уређаја на енглеском, по могућности и на српском језику,</li> <li>▪ Технички опис уређаја и декларисане карактеристике,</li> <li>▪ Упутство за одржавање са електричним и монтажним шемама,</li> <li>▪ Упутство за еталонирање.</li> </ul> <p>Додатни захтеви:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Резервни делови,</li> <li>▪ Гарантни рок уређаја минимум годину дана,</li> <li>▪ Испоручилац мора да изврши инсталацију и пуштање уређаја у рад,</li> <li>▪ Испоручилац мора да обезбеди обуку за рад на уређају за 3 лица.</li> <li>▪ Рок испоруке 5 дана од потписивања уговора.</li> </ul> <p><b>VERSAC75 Vertical autoclave 75L automatic function</b> или одговарајући</p>	KOM	1

1. Врста поступка јавне набавке: набавка према Интерном акту Наручиоца
  2. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
  3. Садржина понуде:
    - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
    - начин плаћања робе (вирманом – до 15 дана одложено),
    - рок испоруке робе (**најкасније до 02.12.2021. године**),
    - локација испоруке робе (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
  4. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
  5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
  6. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
  7. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: [toc@toc.vs.rs](mailto:toc@toc.vs.rs), непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „**Понуда по позиву бр. 07- 4328 – НЕ ОТВАРАТИ**“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, **дана 24.11.2021. године**, до 11<sup>00</sup> часова.  
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
  8. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
  9. **Лице за контакт:** Петровић Владимир, тел. 3401-091, фах: 011/3977-422.
- У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.
- ВП (39-091)

