



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 6524 - 24

03 AUG 2017

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
отворени поступак јавне набавке добра по партијама 228/2017
(128 Мултислајсни скенер)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1. На страни 30. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 7.6. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „Kapacitet memorije DVD RAM najmanje 8 GB“.
2. На страни 30. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 7.7. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „Kapacitet diska za smeštanje текућих podataka, najmanje 500.000 slika, kompresovanih ili nekompresovanih u matrici 512x512“.
3. На страни 30. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 7.8. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „Brzina standardne rekonstrukcije najmanje 25 slika/sec“.
4. На страни 30. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 8.2. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „Integrisana baza podataka za klijente najmanje 4TB i prihvatljivo je da za oba klijenta bude centralizovana na serveru“.
5. На страни 31. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 8.3. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ставу 6. тако да гласи: „СТ virtuelna endoskopija larinksa i bronhija, na dijagnostičkoj ili osnovnoj konzoli“, у ставу 7 тако да гласи: „СТ Pefruzija Mozga sa prikazom protoka krvi, zapremine krvi i srednjeg tranzijentnog vremena (MTT), u cilju određivanja prisustva akutnih cerebralnih infarkta“ и у ставу 8 тако да гласи: „4D CT Pefruzija Mozga sa prikazom protoka krvi, zapremine krvi i srednjeg tranzijentnog vremena (MTT) u cilju određivanja prisustva akutnih cerebralnih infarkta. Softverski paket vrši kalkulacije u sve tri dimenzije na volumenu“.

6. На страни 31. Конкурсне документације, у партији 1, мења се текст у тачки 8.4. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „DICOM Store SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve SCU/SCP, DICOM PRINT“.
7. На страни 37. Конкурсне документације, у партији 2, мења се текст у тачки 1.2. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, тако да гласи: „Električna glava sa ekranom koji radi na dodir, koji omogućava programiranje injekcije ili konzola u sobi za tehničare za programiranje protokola injekcije“.
8. На страни 37. Конкурсне документације, у партији 2, брише се текст у тачки 1.7. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“.

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 228/2017, остају непромењени.

MS, AJ



ЗАСТУПАНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

У К О В Н И К

Грф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО