



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 2159- ²¹
20 JUN 2019. 2019. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ.
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Кошена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
о измену конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 137/19

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 137/19 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs
2. На питања потенцијалног понуђача везано за партију 14. по спецификацији број 7569:

Питање 1. :

Позиција 2. „Да ли је прихватљиво да Уверење о првој верификацији предметног инструмента буде у према измењеним опсезима.“

Одговор:

Опсежи у Уверењу о првој верификацији универзалног мерног инструмента (ИД Број 347705) треба да најмање обухвате мерне опсеге наведене у техничкој спецификацији бр. 7569, што је један од доказа испуњености захтева из техничке спецификације бр. 7569 у смислу могућности примене инструмента.

Питање 2. : Позиције 1. и 2. „Молимо вас да изузмете услов да уређаји морају да испуњавају услове из директиве ЕУ 2006/42/ЕЦ, односно регулативе о безбедности машина, из разлога што предметни инструменти не подлежу наведеној директиви.“

Одговор:


Након провере техничких спецификација из захтева за набавку број 137/19, утврђена је грешка у смислу навођења услова за испуњеност захтева из директиве ЕУ 2006/42/ЕС која није у вези са предметом набавке због чега достављамо измењени опис техничких карактеристика добара из партије 14 по спецификацији 7569 (прилог).

3. У свему осталом конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

Прилог: Страна 26, 27, 166 и 167 конкурсне документације.

MT

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
ПУКОВНИК
доп. др. Војислав Радосавић, дипл. инж.



Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.

Остало:

- Уређај испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Уз уређај испоручити, у случају да је то неопходно, сет резервних делова и потрошног материјала препоручен од стране произвођача, за редовно одржавање и рад са уређајем у току гарантног рока
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђени уређај мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година

ПАРТИЈА 13: Ручни електрични пиштољ за топљење пластике

1. Ручни електрични пиштољ за топљење пластике 347580

- Номинална снага: минимално **500W**,
- Време потребно за достизање радне температуре максимално **4 мин**,
- Температура лепка **200 °C**,
- Капацитет лепљења минимално **30 g/min**,
- Лепак у штапићима пречника 11 mm дужине од 45 до 200 mm или одговарајућим са различитим бојама и наменама
- Електронски регулисана температура
- Могућност рада без прикључног кабла
- Испоручити са кутијом за смештај и чување, сетом млазница и почетном количином штапића лепка
- Уређај мора испуњавати услове из директиве **EU 2006/42/EC**, односно одговарајуће националне регулативе о безбедности машина

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача BOSCH модел GKP 200CE Professional.

Остало:

- Уређај испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђени уређај мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година.

ПАРТИЈА 14: Мерни инструменти

1. Струјна клешта, 347703

- True RMS мерења
- Аутоматски избор мерног опсега
- Могућност мерења полазних струја (Inrush)
- Тастер за нулирање за DC струју
- LCD екран за резолуцијом минимално 4000 цифре
- Струјни мерни опсег минимално од 0,1 до 1000A AC/DC, са тачношћу минимално $\pm 2,5\%$
- Напонски мерни опсег минимално од 0,1 mV до 600V AC/DC, са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег мерења отпорности минимално од 0.1 до 40 M Ω , са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег мерења капацитивности минимално од 0.001 nF до 40,000 μ F, са тачношћу минимално $\pm 3\%$

- Опсег мерења фреквенције минимално од 0.001kHz до 4kHz, са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег бесконтактног мерења температуре минимално од -50 до 270°C са тачношћу минимално $\pm 2\%$ и контактнoг мерења са одговарајућом сондом у опсегу минимално од -4 до 760°C са тачношћу минимално $\pm 3\%$
- Отвор клешта минимално 43 mm
- Снимање MIN/MAX вредности, функција DATA HOLD
- Функција AUTO POWER OFF,
- Сигурносни стандард минимално CAT III 600V у складу са стандардом SRPS EN 61010
- Комплет треба да садржи: температурну сонду, мерне везице (црвена + црна), батерија, торбица за смештај и чување

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача EXTECH модел EX830.

2. Универзални мерни инструмент, 347705

- True RMS мерења
- Аутоматски избор мерног опсега
- Могућност мерења полазних струја (Inrush)
- Тастер за нулирање за DC струју
- LCD екран за резолуцијом минимално 6000 цифре
- Струјни мерни опсег минимално до 10A AC/DC, са резолуцијом минимално 0.01 mA
- Напонски мерни опсег минимално до 1000V AC/DC, са резолуцијом минимално 0.01 mV Опсег мерења отпорности минимално до 50 MΩ, са резолуцијом минимално 0.01 Ω
- Опсег мерења капацитивности минимално до 10000 μF,
- Опсег мерења фреквенције минимално до 100 kHz, са резолуцијом минимално 0.01 Hz
- Опсег бесконтактног мерења температуре минимално од -50 до 400°C са резолуцијом минимално 0.01 °C
- Снимање MIN/MAX вредности, функција DATA HOLD
- Функција AUTO POWER OFF,
- Сигурносни стандард минимално CAT III 1000V/ CAT IV 1000V у складу са стандардом SRPS EN 61010
- Комплет треба да садржи: температурну сонду, мерне везице (црвена + црна), мерне везице за електронику (црвена + црна), мерне везице крокодилке, батерија, торбица за смештај и чување инструмента и пробора

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача FLUKE модел 179/EDA2.

Остало:

- Уређаје испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Уз уређаје доставити Уверења о извршеној првој верификацији заједно са картонима мерне опреме.
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђене уређаје мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година

ПАРТИЈА 15: Пиштољ пнеуматски за бојење

1. Пиштољ пнеуматски ручни за бојење, 347599

- За професионалну употребу
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈНОП бр. 137/19 – радионички алати, машине и опрема

ПАРТИЈА 13: Ручни електрични пиштољ за топљење пластике

1. Ручни електрични пиштољ за топљење пластике 347580

- Номинална снага: минимално **500W**,
- Време потребно за достизање радне температуре максимално **4 мин**,
- Температура лепка **200 °C**,
- Капацитет лепљења минимално **30 g/min**,
- Лепак у штапићима пречника 11 mm дужине од 45 до 200 mm или одговарајућим са различитим бојама и наменама
- Електронски регулисана температура
- Могућност рада без прикључног кабла
- Испоручити са кутијом за смештај и чување, сетом млазница и почетном количином штапића лепка
- Уређај мора испуњавати услове из директиве **EU 2006/42/EC**, односно одговарајуће националне регулативе о безбедности машина

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача BOSCH модел GKP 200CE Professional.

Остало:

- Уређај испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђени уређај мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година.

ПАРТИЈА 14: Мерни инструменти

1. Струјна клешта, 347703

- True RMS мерења
- Аутоматски избор мерног опсега
- Могућност мерења полазних струја (Inrush)
- Тастер за нулирање за DC струју
- LCD екран за резолуцијом минимално 4000 цифре
- Струјни мерни опсег минимално од 0,1 до 1000A AC/DC, са тачношћу минимално $\pm 2,5\%$
- Напонски мерни опсег минимално од 0,1 mV до 600V AC/DC, са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег мерења отпорности минимално од 0.1 до 40 M Ω , са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег мерења капацитивности минимално од 0.001 nF до 40,000 μ F, са тачношћу минимално $\pm 3\%$
- Опсег мерења фреквенције минимално од 0.001kHz до 4kHz, са тачношћу минимално $\pm 1,5\%$
- Опсег бесконтактног мерења температуре минимално од -50 до 270°C са тачношћу минимално $\pm 2\%$ и контактнoг мерења са одговарајућом сондом у опсегу минимално од -4 до 760°C са тачношћу минимално $\pm 3\%$
- Отвор клешта минимално 43 mm
- Снимање MIN/MAX вредности, функција DATA HOLD
- Функција AUTO POWER OFF,

- Сигурносни стандард минимално CAT III 600V у складу са стандардом SRPS EN 61010
- Комплет треба да садржи: температурну сонду, мерне везице (црвена + црна), батерија, торбица за смештај и чување

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача EXTECH модел EX830.

4. Универзални мерни инструмент, 347705

- True RMS мерења
- Аутоматски избор мерног опсега
- Могућност мерења полазних струја (Inrush)
- Тастер за нулирање за DC струју
- LCD екран за резолуцијом минимално 6000 цифре
- Струјни мерни опсег минимално до 10A AC/DC, са резолуцијом минимално 0.01 mA
- Напонски мерни опсег минимално до 1000V AC/DC, са резолуцијом минимално 0.01 mV Опсег мерења отпорности минимално до 50 MΩ, са резолуцијом минимално 0.01 Ω
- Опсег мерења капацитивности минимално до 10000 μF,
- Опсег мерења фреквенције минимално до 100 kHz, са резолуцијом минимално 0.01 Hz
- Опсег бесконтактног мерења температуре минимално од -50 до 400°C са резолуцијом минимално 0.01 °C
- Снимање MIN/MAX вредности, функција DATA HOLD
- Функција AUTO POWER OFF,
- Сигурносни стандард минимално CAT III 1000V/ CAT IV 1000V у складу са стандардом SRPS EN 61010
- Комплет треба да садржи: температурну сонду, мерне везице (црвена + црна), мерне везице за електронику (црвена + црна), мерне везице крокодилке, батерија, торбица за смештај и чување инструмента и пробора

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача FLUKE модел 179/EDA2.

Остало:

- Уређаје испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Уз уређаје доставити Уверења о извршеној првој верификацији заједно са картонима мерне опреме.
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђене уређаје мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година.

ПАРТИЈА 15: Пиштољ пнеуматски за бојење

2. Пиштољ пнеуматски ручни за бојење, 347599

- За професионалну употребу
- За боје на бази разређивача, водене боје, двокомпонентне боје
- HVLP или њему сагласна технологија (Trans-Tech) у складу са ЕРА протоколима
- Степен корисног дејства преноса радног материјала више од 65 %