



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР
НОВИ САД
број 1219-8
20.04.2017. година

Чувати до краја 2022. године
Функција број 30, редни број 58
Дана 20.04.2017. године
Обрађивач: вс В.Конески

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/2015, у даљем тексту: Закон), Решења о финансирању одбране РС за 2017. годину и Одлуке о одобрењу Плана набавки за 2017. годину, акт Управе за снабдевање, бр. 15-56 од 31.01.2016. године а у складу са чланом 116. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр.29/14) као и на основу Оквирног споразума бр. 3009-37 од 04.08.2015. год (У даљем тексту: Оквирни споразум) закљученог између УВЗ ВМА, улица Црнотравска 17, Београд и добављача, а за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, и на основу и извештаја о стручној оцени понуда И.бр. 1219-6 од 19.04.2017. године, *д о н о с и м:*

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ

1. Извршити услуга поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме из ВМЦ Нови Сад на редном броју 12/2017, и то:
 - оправка СнПС-а: Аспиратор вакумски VA-7, Ознака/Тип VA-7, произвођач Medivak, серијски број 2514, година производње 1987, корисник Интерно одељење.
 - оправка СнПС-а: Електрокардиограф ЕКГ – 3 канала, произвођач MAC 400, серијски број SCT08060709PA, година производње 2008., 1 ком., корисник Логистички вод – аутомобилско одељење.
 - оправка СнПС-а: Апарат за мерење крвног притиска – 10 комада (произвођач Хоризон -1 комад; произвођач Подиум – 2 комада; произвођач Телеоптик – 7 коада), корисник Интерно одељење (8 комада) и НПС (2 комада).
 - оправка СнПС-а: Лампа за полимеризацију SmartLite, произвођач Dentsply, серијски број DF 01916 DF01935 (2 комада), година производње 2013 , 1 ком., корисник Зубно одељење.Број набавке у ОРН: 50400000.
Позиција задатка у Плану јавних набавки: 1.2.17.
2. Сходно Оквирном споразуму, набавку услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме извршити од даваоца услуга ван ВС, „Tehnovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник издавањем наручбенице за целокупну услугу у износу од 84.630,00 динара без ПДВ-а, гарантни рок на услугу од 9 месеци и рок за извршење услуге од 15 дана од дана пријема наручбенице.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

- На основу члана 4. ОС, привредним друштвима:
 - Привредно друштво MC Company д.о.о., Задругарска бб, Земун-Београд,
 - Привредно друштво Medielektro д.о.о., Јосипа Кулунџића 40., Београд
 - Привредно друштво МД Сервис медицинске опреме, Ђуре Јакшића 3., Планиште,
 - Привредно друштво Medisal д.о.о., Скојевска број 23., Сурчин-Београд,

- Привредно друштво Tehnovat Самостална занатска радња, Милића Барјактара број 17., Ветрник,
 - Привредно друштво Taurunum Med Active Самостална занатска радња, Гробљанска број 6., Добановци-Београд,
 - Привредно друштво Profesional medic д.о.о., Карађорђева број 124А, Ритопек,
 - Привредно друштво Engel д.о.о., Новака Радоњића број 39., Нови Сад,
- упућен је позив за дефектажу и достављање понуде бр. 1219-4 од 07.04.2017, и то:

рб	Назив СлПСа	Серијски број	Установљене неисправности
1.	Аспиратор вакуумски VA-7, Ознака/Тип VA-7, произвођач Medivak, година производње 1987. 1 комад, корисник Интерно одељење.	2514	Апарат неисправан. Цури уље, бучан рад, папучица неисправна и не диштје боца. Потребни радови: - Извршити оправку апарата. Замена уља, замена кайша, ремонт електромотора и компресора, поправка по потреби замена папучице и замена диштунг гуме на посуди.
2.	Електрокардиограф ЕКГ – 3 канала, произвођач MAC 400, година производње 2008., 1 ком., корисник Логистички вод – аутомобилско одељење.	SCT08060709PA	Пацијент кабл неисправан. Потребни радови: - Извршити оправку – замену пацијент кабла.
3.	Апарат за мерење крвног притиска – 10 комада (произвођач Хоризон -1 комад; произвођач Подиум – 2 комада; произвођач Телеоптик – 7 комада), корисник Интерно одељење (8 комада) и ИПС (2 комада).	-	Апарати неисправни. Од стране метролошке лабораторије захтевана оправка апарата ради бажарења. Потребни радови: - Извршити оправку апарата са заменом манжетни, пумпица и неповратних вентила.
4.	Лампа за полимеризацију SmartLite, произвођач Dentsply, 2 комада, година производње 2013, корисник Зубно одељење.	DF 01916 и DF01935	Акумулатори не држе довољно дуго. Потребни радови: - Извршити оправку – заменити акумулаторске батерије NiMH 4,8V 500mAh (2 ком.).

- Поступак отварања понуда, спроведен у ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, дана 18.04.2017. године са почетком у 10.15 часова.
- Отварање понуда водио је реализатор набавке одређен Одлуком о покретању набавке И.бр. 1219-1 од 03.04.2017. год., ВС Видан Конески.
- Благовремено, тј. дана 18.04.2017. године у 10.00 часова, понуду у траженом року, доставио је понуђач са следећим подацима:

Број по којем је понуда засеђена у ВМЦ Нови Сад (Војномедицински центар)	бр. 1406-1 од 18.04.2017. год.
Време пријема понуде	10.00 часова
Назив и шифра понуђача	„Tehnovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник
Број понуде понуђача и датум	1804 АБ - 1 од 18.04.2017. год.
Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)	84.630,00
Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)	101.556,00

Гарантни рок	9 месеци
Рок реализације услуге	15 дана
Рок плаћања	30 дана

- Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
- Приликом отварања понуда реализатор набавке је констатовао да је понуда понуђача исправна и у складу са условима из конкурсне документације.
- Критеријум за вредновање понуде је „економски најповољнија понуда“.
- С обзиром да је пристигла само једна понуда, реализатор набавке приликом стручне оцене достављене понуде за закључење уговора/издавање нарудбенице, није вршио пондерисање.

Предлог рализатора набавке:

На основу сагледаних потреба за одржавањем медицинске опреме, и немогућности да се потребе задовоље властитим капацитетима, неопходно је ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, реализатор набавке, након стручне оцене *предлаже*:

Сходно ОС, издати нарудбеницу привредном друштву „Technovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник, за услугу оправке горе наведених апарата, према следећем:

Број понуде понуђача и датум	1804 АБ - 1 од 18.04.2017. год.
Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)	84.630,00
Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)	101.556,00
Гарантни рок	9 месеци
Рок реализације услуге	15 дана
Рок плаћања	30 дана

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је реализатор набавке дао уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама (члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

/ВК

Израђено у два примерка, из којег се у 1 примерку и достављено:

- у 1 примерку ИЛ
- путем телефакса понуђенима „Technovat“ С.З.Р.

УПРАВНИКА

пукотина

др. Бранко Ђурић Бркича

