



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 2089-7
12.06.2018. година

Чувати до краја 2023. године
Функција број 30, редни број 58
Дана 12.06.2018. године
Обрађивач: вс В.Конески

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/2015, у даљем тексту: Закон), Решења о финансирању одбране РС за 2018. годину акта Управе за буџет СФик МО И бр. 26-386 од 28.12.2017. године и Одлуке о одобрењу Плана набавки за 2018. годину, акт Управе за снабдевање, бр. 10-53 од 25.01.2018. године а у складу са чланом 116. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр.29/14) као и на основу Оквирног споразума бр. 3009-37 од 04.08.2015. год (У даљем тексту: Оквирни споразум) закљученог између УВЗ ВМА, улица Црнотравска 17, Београд и добављача, а за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, и на основу и извештаја о стручној оцени извршене у бр. 2089-6 од 11.06.2018. године, *д о н о с и м*:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ

- Извршити услуга поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме из Војне болнице Нови Сад на редном броју 22/2018, и то:
 - превентивно одржавање СнПС-а: **Тимпанометар ZODIAC 901**, произвођач MADSEN, серијски број 70661, година производње 2003., 1 ком., корисник ОРЛ кабинет,
 - превентивно одржавање СнПС-а: **Инхалатор 501**, произвођач EVO MEDICAL SOLUTIONS, серијски број EA510805772, година производње - , 1 ком., корисник ОРЛ кабинет,
 - корективно одржавање СнПС-а: **Стерилизатор**, суви ST 05, произвођач Instrumentaria Zagreb, серијски број - , година производње - , 1 ком., корисник јубно одељење,
 - корективно одржавање СнПС-а: **Колица инвалидска**, 13 ком., корисник Војна болница,
 - корективно одржавање СнПС-а: **Офталмоскоп**, произвођач OCULUS, модел SGT 7.5 , серијски број - , година производње - , 1 ком., корисник очни кабинет,
 - корективно одржавање СнПС-а: **Аспиратор вакумски**, произвођач MEDIVAK, модел VA-7 , серијски број 2514 , година производње 1987. , 1 ком., одељење за унутрашње болести.Број набавке у ОРН: 50400000.
Позиција задатка у Плану јавних набавки: 1.2.1.
- Сходно Оквирном споразуму, набавку услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме извршити од даваоца услуга ван ВС, „Technovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветерник издавањем наруџбенице за целокупну услугу у износу од 161.000,00 динара без ПДВ-а, гарантни рок на услугу од 9 месеци и рок за извршење услуге од 20 дана од дана пријема наруџбенице.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

- На основу члана 4. ОС, привредним друштвима:
 - Привредно друштво MC Company д.о.о., Задругарска бб, Земун-Београд,
 - Привредно друштво Medielektro д.о.о., Јосипа Кулунџића 40., Београд
 - Привредно друштво МД Сервис медицинске опреме, Ђуре Јакшића 3., Пландиште,
 - Привредно друштво Medisal д.о.о., Скојевска број 23., Сурчин-Београд,
 - Привредно друштво Tehnovat Самостална занатска радња, Милића Барјактара број 17., Ветрник.
 - Привредно друштво Taurunum Med Active Самостална занатска радња, Гробљанска број 6., Добановци-Београд,
 - Привредно друштво Profesional medic д.о.о., Карађорђева број 124А, Ритопек,
 - Привредно друштво Engel д.о.о., Новака Радоњића број 39., Нови Сад, упућен је позив за дефектажу и достављање понуде бр. 2089-4 од 01.06.2018, и то:

рб	Назив СнПСа	Серијски број	Установљене неисправности
1.	Тимпанометар ZODIAC 901 , произвођач MADSEN, година производње 2003., 1 ком., корисник ОРЛ кабинет.	70661	Апарат исправан. Потребни радови: - Извршити редован сервис.
2.	Инхалатор 501 , произвођач EVO MEDICAL SOLUTIONS, година производње - , 1 ком., корисник ОРЛ кабинет.	EA510805772	Апарат исправан. Потребни радови: - Извршити редован сервис.
3.	Стерилизатор , суви ST 05, произвођач Instrumentaria Zagreb, година производње - , 1 ком., корисник зубно одељење.	-	Неисправан термометар. Потребни радови: - Извршити замену термометра.
4.	Колица инвалидска , 13 ком., корисник Војна болница	-	Труле спољне и унутрашње гуме на задњим точковима (20 комада), Труле спољне и унутрашње гуме на предњим точковима (14 комада), неисправни леви и десни држачи ногу (по 3 комада), неисправна лева кочница (2 комада), неисправна десна кочница (1 комад). Потребни радови: - Извршити оправку колица.
5.	Офталмоскоп , произвођач OCULUS, модел SGT 7,5 , година производње - , 1 ком., корисник очни кабинет.	-	Апарат не ради. Потребни радови: - Извршити оправку апарата.
6.	Аспиратор вакумски , произвођач MEDIVAK, модел VA-7 , година производње 1987. , 1 ком., одељење за унутрашње болести	2514	Цури уље. Потребни радови: - Извршити оправку апарата.

- Поступак отварања понуда, спроведен у Војној болници Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, дана 11.06.2018. године са почетком у 10.15 часова.

- Отварање понуда водио је реализатор набавке одређен Одлуком о покретању набавке И.бр. 2089-1 од 31.05.2018. год., ВС Видан Конески.
- Отварању понуда присуствовао је и заменик реализатора набавке ВС Марко Совиљ.
- Благовремено, тј. дана 11.06.2017. године у 10.00 часова, понуду у траженом року доставио је понуђач са следећим подацима:

<i>Број под којим је понуда заведена у Војној болници</i>	бр. 2221-1 од 11.06.2018. год.
<i>Време пријема понуде</i>	07.30 часова
<i>Назив и шифра понуђача</i>	„Техноват“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветерник
<i>Број понуде понуђача и датум</i>	0806 АБ - 2 од 08.06.2018. год.
<i>Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)</i>	161.000,00
<i>Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)</i>	193.200,00
<i>Гарантни рок</i>	9 месеци
<i>Рок реализације услуге</i>	20 дана
<i>Рок плаћања</i>	30 дана

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.

- Приликом отварања понуда реализатор набавке, у сарадњи са замеником реализатора набавке, констатовао је да је понуда понуђача исправна и у складу са условима из конкурсне документације.
- Крутеријум за вредновање понуде је „економски најповољнија понуда“.
- С обзиром да је пристигла само једна понуда, реализатор набавке приликом стручне оцене достављене понуде за закључење уговора/издавање нарудбенице, није вршио пондерисање.

Предлог рализатора набавке:

На основу сагледаних потреба за одржавањем медицинске опреме, и немогућности да се потребе задовоље властитим капацитетима, неопходно је ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, реализатор набавке, након стручне оцене **предлаже**:

Сходно ОС, издати нарудбеницу привредном друштву „Техноват“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветерник, за услугу оправке горе наведених апарата, према следећем:

<i>Број понуде понуђача и датум</i>	0806 АБ - 2 од 08.06.2018. год.
<i>Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)</i>	161.000,00
<i>Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)</i>	193.200,00
<i>Гарантни рок</i>	9 месеци

Рок реализације услуге	20 дана
Рок плаћања	30 дана

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је реализатор набавке дао уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УНП, у складу са одговарајућим одредбама (члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

ВК.

УПРАВНИК
покуковник
др Братољуб Бркљача



*Израђено у Примерку, ископирано
у Примерку и достављено:
у предмет ЈП,
у предмет ЈП, јер се налази понуђачима:
у предмет ЈП, ЈП, ЈП*