



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 3972- *18*
05 NOV 2018 . 2018. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/51
Обрађивач: Ж.Стојановић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

**РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о измени конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 363/18**

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 363, заведена под бројем 3972-7 од 09.10.2018. године, објављена је на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Мења се страна 4, 5, 6, 8, 29, 35, 51,52,53, 58, 62, 63, 65, 76 и 77 конкурсне документације бр.363/18.

3. Конкурсна документација број 363/18, заведена под бројем 3972-7 од 09.10.2018. године, објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs у свему осталом остаје неизмењена.

Прилог: Измењена страна 4, 5, 6, 8, 29, 35, 51,52,53, 58, 62, 63, 65, 76 и 77 Конкурсне документације ЈНОП број 363/18, заведена под бројем 3972-7 од 09.10.2018. године.

ЖС

 **ДИРЕКТОР
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.**

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а .

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке у отвореном поступку редни број 363/18 су добра- радионичка и мерна опрема, по спецификацијама бр. 7310 са Прилогом, бр.7002 са Прилогом, бр.7305 са Прилогом и 7308 са Прилогом, (у прилогу конкурсне документације).

Набавка је обликована у 4 (четири) партије:

- партија 1. генератор паре са пеглом, по спецификацији број 7310 са прилогом,
- партија 2. ручне ланчане дизалице, по спецификацији број 7002 са прилогом,
- партија 3. уређај за мерење дебљине галванских превлака, по спецификацији број 7305 са прилогом,
- партија 4. универзални дигитални мерни инструмент, по спецификацији број 7308, са прилогом.

Понуђена добра у тренутку подношења понуде морају да буду готови производи, да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

Добра, која су предмет набавке, морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и неупотребљавани производи. Понуђена добра морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све захтеване техничке карактеристике. Понуђена добра не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који преваладају у Републици Србији.

Понуђач даје гаранцију за уговорена и испоручена добра. Гаранција почиње да тече од дана квантитативног и квантитативног пријема испоручених добара. Под даном квантитативног и квалитативног пријема добара подразумева се дан (датум) завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Гаранција за понуђена добра коју даје понуђач не може бити краћа од 1 (једне) године од дана квалитативног и квантитативног пријема добара, а подразумева:

- минимум 1 (једна) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- минимум 1 (једна) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).

Понуђач је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

Понуђач је у обавези да у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације (рекламационог обрасца), отклони рекламацију у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираним добрима или испоручи нова добра исправна, без недостатака, истих или бољих техничких карактеристика.

Понуђена добра се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Понуђена добра се испоручују упакована на начин који обезбеђује заштиту од оштећења приликом транспорта и чувања. Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра, која су предмет набавке. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

Обавезе испоручиоца опреме су:

- инсталирање опреме,
 - пуштање у рад опреме,
 - обука код корисника (након инсталирања опреме обука за рад и одржавање опреме).
- Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавања на српском језику.

Понуђач је у обавези да обезбеди сервис и одржавање у гарантном року.

Рок испоруке: не дужи од 60 (шесдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

За партију 3, понуђач је у обавези да у понуди наведе порекло добра, а приликом испоруке да достави доказ о пореклу добра у циљу доказивања да је добро набављено од произвођача или овлашћеног заступника, односно да се ради о оригиналном производу. Овлашћеним заступником се сматра предузеће наведено на сајту произвођача као овлашћени заступник-дистрибутер производа.

1. КВАЛИТЕТ

Дефинисан по карактеристикама у спецификацијама бр. 7310 са Прилогом, бр.7002 са Прилогом, бр.7305 са Прилогом и 7308 са Прилогом, у прилогу конкурсне документације.

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7310

Ред. бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком
1.	346492	ГЕНЕРАТОР ПАРЕ СА ПЕГЛОМ Карактеристике ГЕНЕРАТОРА дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 1: ГЕНЕРАТОР ПАРЕ СА ПЕГЛОМ

Генератор паре са пеглом намењен за индустријску употребу.

Карактеристике генератора паре:

- улазни напон 230 V 50/60 Hz
- капацитет резервоара за воду минимум 5 l
- снага грејача минимум 1,6 kW
- радни притисак до 3 bara
- могућност визуелне контроле нивоа воде у резервору
- уграђени термостат за заштиту грејача од прегревања у случају празног резервоара
- уграђени пресостат за контролу притиска паре

Карактеристике пегле:

- димензије минимално 110x215 (ширина основе троугла и висина троугла)
- грејач снаге минимум 850 W уграђен у плочу за пеглање са термичким осигурачем за заштиту од прегревања
- тежина до 1,7 kg максимално
- тефлонска навлака

Остало:

- гарантни рок минимално 12 месеци
- апарат се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском језику

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.

- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталошким бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

Као пример одговарајућих уређаја наводимо моделе: произвођача STIROVAP генератор паре модел BIG STEAM 5 са пеглом модел 180

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7002

Ред. Бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере ком
1.	345430	ДИЗАЛИЦА РУЧНА ЛАНЧАНА 3Т Карактеристике производа дате у прилогу ове спецификације	2
2.	345432	ДИЗАЛИЦА РУЧНА ЛАНЧАНА 2Т Карактеристике производа дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 2: РУЧНЕ ЛАНЧАНЕ ДИЗАЛИЦЕ (ФЛАСЕЦУНГ)

Ручне ланчане дизалице намењене за употребу у индустријским халама и за спољашњу употребу по потреби.

- носивост дизалице према захтевима из спецификације
- висина дизања терета минимално 3 m
- дизалица мора поседовати аутоматски дупли кочиони систем
- дизалица мора поседовати систем за заштиту од преоптерећења
- све куке на дизалици морају бити израђене од кованог челика и морају поседовати могућност ротације за 360°
- ланац дизалице мора бити површински заштићен цинковањем

Остало:

- сертификат, атест, декларација, стручни налаз о испуњености услова о заштити на раду и безбедности за употребу, издатим од лиценциране установе (лиценца Министарства рада и социјалне политике Републике Србије за обављање послова прегледа и испитивање опреме за рад)
- дизалице мора бити израђена у складу са EC Council Directive 98/37/EC Machinery или другим адекватним стандардом
- гарантни рок минимално 12 месеци
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском језику

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.
- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталошким бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7305

Ред. Бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере ком
1.	346532	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ГАЛВАНСКИХ ПРЕВЛАКА Карактеристике уређаја дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 3: УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ГАЛВАНСКИХ ПРЕВЛАКА

Уређај је намењен за мерење дебљине наноса на феромагнетним (гвожђе, челик) и неферомагнетних (бакар, цинк, бронза, ...) површинама.

- Мерни опсег минимално до 1250 μm резолуције не мање од 0,1 или 1 μm
- Тачност мерења минимално 3 % на измереној вредности или $\pm 2,5 \mu\text{m}$
- Функција за приказивање измерене вредности, просечну вредност, као и минималну и максималну вредност
- Минимална дебљина основе 0,3мм
- Најмања површина узорка, конвексна (радијус) 1,5 mm, равна (радијус) 1,5 mm и конкавна (радијус): 25 mm
- Екстерни сензор на каблу дужине најмање 1 м због потребе за мерењем на тешко приступачним местима.
- Калибрационе плочице и фолије
- РС232 улаз
- Интерна меморија за снимање измерених вредности
- Уз уређај испоручити: батерије, кофер за паковање, ношење и чување

Остало:

- гарантни рок минимално 2 године
- уз уређај испоручити уверење о извршеној првој верификацији
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском језику

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.
- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталожним бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

Као пример одговарајућег уређаја наводимо модел: произвођача SAUTER модел TG 1250-0.1 FN

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7308

Ред. Бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере ком
1.	346538	КОМПЛЕТ ШЕНТОВА СТРУЈНИХ Карактеристике комплета дате у прилогу ове спецификације	1
2.	346536	ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРЗАЛНИ ДИГИТАЛНИ Карактеристике инструмента дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 4: УНИВЕРЗАЛНИ ДИГИТАЛНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ

Лабораторијски дигитални универзални инструмент за мерење напона, струје, отпора и фреквенције са следећим карактеристикама:

- 5 ½ бројни приказ
- Мерење напона DC у опсегу минимално од 200 mV до 1000 V са тачношћу 0,015%
- Мерење напона AC у опсегу минимално од 200 mV до 750 V фреквенције од 20 Hz до 100KHz
- Мерење једносмерне струје у опсегу минимално од 200 μA до 10 A
- Мерење наизменичне струје у опсегу минимално од 200 mA до 10 A фреквенције од 20 Hz до 2 KHz
- Мерење отпорности у опсегу минимално од 200 Ω до 100 M Ω
- Стандардни интерфејс РС-232

Остало:

- Уређај испоручити са напојним каблом и мерним кабловима
- гарантни рок минимално 12 месеци
- уз уређај испоручити уверење о извршеној првој верификацији-еталонирању
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском или енглеском језику

Као пример одговарајућег уређаја наводимо модел: произвођача FLUKE модел 8808A

КОМПЛЕТ ШЕНТОВА СТРУЈНИХ

Комплет мерних шентова треба да одговара карактеристикама за наведени универзални дигитални мерни инструмент.

Комплет чине шентови од 25A/100mV, 40A/100mV, 60A/100mV и 100A/100mV по један комад.

Класа тачности минимално 0.5

Уз шентове испоручити уверење о извршеној првој верификацији.

Као пример одговарајућег шентова наводимо модел: произвођача SOCOMEC модели DIN серије 192S

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.
- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталожним бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Понуђач је у обавези да добра испоручи у свему како је описано у техничким спецификацијама бр. 7310 са Прилогом, бр.7002 са Прилогом, бр.7305 са Прилогом и 7308 са Прилогом, у прилогу конкурсне документације) и условима датим у конкурсној документацији.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан стандардом и техничким спецификацијама број 7310 са Прилогом, бр.7002 са Прилогом, бр.7305 са Прилогом и 7308 са Прилогом.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.

3. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

Рок испоруке добара: највише до 60 (шесдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

Измена рока испоруке добара се неће вршити.

Испорука добара се сматра извршено даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране комисије Наручиоца.

Уколико је понуђен рок испоруке добара дужи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

Испорука добара ће се извршити у ТРЗ «Чачак» Чачак, ул. Др Драгише Мишовића 167.

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**Партија 3. по спецификацији број 7305**

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара ЈН 363/18

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара, отворени поступак бр. 363/18, по спецификацији број 7305 – дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.

2. Понуда се односи на « уређај за мерење дебљине галванских превлака».

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност:

РД бр	Произв ођач и ознака	НАЗИВ ДОБРА	Колич на у ком	Цена дин/ком безПДВ	П Д В %	Цена дин/ком са ПДВ	Вредност у динара без ПДВ-а	Вред ност у дина рима са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1		УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ГАЛВАНСКИХ ПРЕВЛАКА Уређај је намењен за мерење дебљине наноса на феромагнетним вожђе, челик) и неферомагнетних (бакар, цинк, бронза, ...) површинама. ▪ Мерни опсег минимално до 1250 μm резолуције не мање од 0,1 или 1 μm ▪ Тачност мерења минимално 3 % на измереној вредност или $\pm 2,5 \mu\text{m}$ ▪ Функција за приказивање измерене в редности, просечну вредност , као и минималну и максималну вредност ▪ Минимална дебљина основе 0,3мм ▪ Најмања површина узорка, конвексна (радијус) 1,5 mm, равна (радијус) 1,5 mm и конкавна (радијус): 25 mm	1					

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**Партија 4. по спецификацији број 7308**

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара ЈН 363/18

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара, отворени поступак бр. 363/18, по спецификацији број 7308 – дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.

2. Понуда се односи на « универзални дигитални мерни инструмент».

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност:

рд бр	Произвођа ч и ознака	НАЗИВ ДОБРА	Коли чина у ком	Цена дин/ком безПДВ	П Д В %	Цена дин/ком са ПДВ	Вредност у динара без ПДВ-а	Вредно т у динари ма са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1		КОМПЛЕТ ШЕНТОВА СТРУЈНИХ Комплет мерних шентова треба да одговара карактеристикама за наведени универзални дигитални мерни инструмент. Комплет чине шентови од 25A/100mV, 40A/100mV, 60A/100mV и 100A/100mV по један комад. Класа тачности минимално 0.5 Уз шентове испоручити уверење о извршеној првој верификацији. Као пример одговарајућег шентова наводимо модел: произвођача SOCOMEC модели DIN серије 192S Опште обавезе испоручиоца: - Инсталирање опреме код наручиоца. - Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме. - Обука за руковање и одржавање корисника опреме.	1					

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 3. «уређај за мерење дебљине галванских превлака», по спецификацији број 7305 са прилогом

Кратак опис предмета ЈН	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
УКУПНО:					

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

НАПОМЕНА: Образац се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 4. «универзални дигитални мерни инструмент», по спецификацији број 7308 са прилогом

Кратак опис предмета ЈН	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
УКУПНО:					

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

НАПОМЕНА: Образац се прилаже уз понуду

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНЕ УСЛУГЕ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ****ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке, добара- радионичка и мерна опрема, бр. 363/18, у свему одговарају техничкој документацији и квалитету који је дефинисан у спецификацијама бр. 7310 и/или 7002, 7305, 7308 са прилозима датим уз техничке спецификације.

Место и датум:

Понуђач (назив) _____

М.П.

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

VI МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)



МОДЕЛ УГОВОРА ЈН број 363/18

закључен између:

РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167,
Чачак

Коју заступа директор, пуковник, Срђан Петковић, дипл. инж.

У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

Телефон: 032/372 666

Телефакс: 032/372-674

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

ПДВ: 135328814

Шифра делатности: 75110

Текући рачун: 840-1620-21 шифра 881 код Управе за трезор Министарства
финансија РС

и

Коју заступа: _____ - у даљем тексту

ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: _____

матични број: _____

шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПДВ: _____

текући рачун број: _____

код банке: _____

телефон: _____

телефакс: _____

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 363/18; Понуда понуђача (испоручиоца) бр. _____ и
Одлука о додели уговора бр. _____ од _____ године.

ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Испоручилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра- радионичка и мерна опрема (у даљем тексту добра) по карактеристика у количини и по врсти према спецификацијама број 7310 и/или 7002, 7305, 7308 и прилозима датим уз техничке спецификације у прилогу уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – радионичка и мерна опрема

1.2. У случају промене планираних новчаних средстава за ову намену у току 2018. године, количина и динамике у плану набавке, Наручилац ће набавку ускладити са измењеним планом набавке.

ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Понуђена добра у тренутку подношења понуде морају да буду готови производи, да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

2.2. Добра, која су предмет набавке, морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и неупотребљавани производи. Понуђена добра морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све захтеване техничке карактеристике. Понуђена добра не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

2.3. Понуђач је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

2.4. Понуђач је у обавези да у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације (рекламационог обрасца), отклони рекламацију у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираним добрима или испоручи нова добра исправна, без недостатака, истих или бољих техничких карактеристика.

2.5. Понуђена добра се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Понуђена добра се испоручују упакована на начин који обезбеђује заштиту од оштећења приликом транспорта и чувања.

2.6. Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра, која су предмет набавке. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

2.7. Обавезе испоручиоца опреме су:

- инсталирање опреме.
- пуштање у рад опреме.
- обука код корисника (након инсталирања опреме обука за рад и одржавање опреме).

2.8. Уз опрему Испоручилац је у обавези да испоручи упутства за руковање и одржавања на српском језику.

2.9. Испоручилац је у обавези да обезбеди сервис и одржавање у гарантном року.

2.10. За партију 3., понуђач је у обавези да у понуди наведе порекло добра, а приликом испоруке да достави доказ о пореклу добра у циљу доказивања да је добро набављено од произвођача или овлашћеног заступника, односно да се ради о оригиналном производу. Овлашћеним заступником се сматра предузеће наведено на сајту произвођача као овлашћени заступник-дистрибутер производа.

ЧЛАН 3. - ЦЕНА

3.1. Укупна вредност уговора износи _____ динара без обрачунатог ПДВ-а.

3.2. Износ ПДВ-а: 20% _____ динара.

6.6. Испоручилац је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ЧЛАН 7. – КВАЛИТЕТ

7.1. Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из члана 2. уговора и спецификацијама број 7310 и/или 7002, 7306, 7305, 7308 и прилозима датим уз техничке спецификације у прилогу уговора.

ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у складиште ТРЗ «Чачак» Др. Драгише Мишовића, бр. 167- Чачак.

8.2. Испоручилац је у обавези да добра испоручи у складу са спецификацијама број 7310 и/или 7002, 7305, 7308 и прилозима датим уз техничке спецификације у прилогу уговора, преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.).

8.3. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема Испоручилац је дужан да обавести Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

8.4. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 7 (седам) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца.

8.5. Неодговарајућа добра Испоручилац је дужан да замени најкасније у року од 5 (пет) _____ дана (према понуди) од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца.

8.6. Приликом квантитативног и квалитативног пријема добара Испоручилац је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог уговора.

ЧЛАН 9. - КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Испоручилац је у обавези да добро испоручи у складу са чланом 2. овог уговора и техничким захтевима и карактеристикама датим у спецификацији број 7310 и/или 7002, 7305, 7308 и прилозима датим уз техничке спецификације у прилогу уговора потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничком спецификацијом и сл.).

9.2. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају услове из члана 2. овог уговора.

9.2. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Испоручиоцу.

9.3. Испоручилац је дужан да рекламацију реши у року од 45 (четрдесетпет) _____ дана од дана пријема записника о рекламацији.

9.4. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Партија 2: РУЧНЕ ЛАНЧАНЕ ДИЗАЛИЦЕ (ФЛАШЕЦУНГ)

Ручне ланчане дизалице намењене за употребу у индустријским халама и за спољашњу употребу по потреби.

- носивост дизалице према захтевима из спецификације
- висина дизања терета минимално 3 m
- дизалица мора поседовати аутоматски дупли кочиони систем
- дизалица мора поседовати систем за заштиту од преоптерећења
- све куке на дизалици морају бити израђене од кованог челика и морају поседовати могућност ротације за 360°
- ланац дизалице мора бити површински заштићен цинковањем

Остало:

- сертификат, атест, декларација, стручни налаз о испуњености услова о заштити на раду и безбедности за употребу, издатим од лиценциране установе (лиценца Министарства рада и социјалне политике Републике Србије за обављање послова прегледа и испитивање опреме за рад)
- дизалице мора бити израђена у складу са EC Council Directive 98/37/EC Machinery или другим адекватним стандардом
- гарантни рок минимално 12 месеци
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском језику

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.
- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталошким бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7305

Ред. Бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере ком
1.	346532	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ГАЛВАНСКИХ ПРЕВЛАКА Карактеристике уређаја дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 3: УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ГАЛВАНСКИХ ПРЕВЛАКА

Уређај је намењен за мерење дебљине наноса на феромагнетним (гвожђе, челик) и неферомагнетних (бакар, цинк, бронза, ...) површинама.

- Мерни опсег минимално до 1250 μm резолуције не мање од 0,1 или 1 μm
- Тачност мерења минимално 3 % на измереној вредности или $\pm 2,5 \mu\text{m}$
- Функција за приказивање измерене вредности, просечну вредност, као и минималну и максималну вредност
- Минимална дебљина основе 0,3mm
- Најмања површина узорка, конвексна (радијус) 1,5 mm, равна (радијус) 1,5 mm и конкавна (радијус): 25 mm
- Екстерни сензор на каблу дужине најмање 1 м због потребе за мерењем на тешко приступачним местима.
- Калибрационе плочице и фолије
- РС232 улаз

- Интерна меморија за снимање измерених вредности
- Уз уређај испоручити: батерије, кофер за паковање, ношење и чување

Остало:

- гарантни рок минимално 2 године
- уз уређај испоручити уверење о извршеној првој верификацији
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском језику

Опште обавезе испоручиоца:

- Инсталирање опреме код наручиоца.
- Пуштање у рад опреме у циљу провере техничких спецификација опреме.
- Обука за руковање и одржавање корисника опреме.
- Испоручилац је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача опреме са каталожним бројем ради прецизне идентификације понуђене опреме.

Као пример одговарајућег уређаја наводимо модел: произвођача SAUTER модел TG 1250-0.1 FN

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7308

Ред. Бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере ком
1.	346538	КОМПЛЕТ ШЕНТОВА СТРУЈНИХ Карактеристике комплета дате у прилогу ове спецификације	1
2.	346536	ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРЗАЛНИ ДИГИТАЛНИ Карактеристике инструмента дате у прилогу ове спецификације	1

Партија 4: УНИВЕРЗАЛНИ ДИГИТАЛНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ

Лабораторијски дигитални универзални инструмент за мерење напона, струје, отпора и фреквенције са следећим карактеристикама:

- 5 ½ бројни приказ
- Мерење напона DC у опсегу минимално од 200 mV до 1000 V са тачношћу 0,015%
- Мерење напона AC у опсегу минимално од 200 mV до 750 V фреквенције од 20 Hz до 100KHz
- Мерење једносмерне струје у опсегу минимално од 200 μ A до 10 A
- Мерење наизменичне струје у опсегу минимално од 200 mA до 10 A фреквенције од 20 Hz до 2 KHz
- Мерење отпорности у опсегу минимално од 200 Ω до 100 M Ω
- Стандардни интерфејс PC-232

Остало:

- Уређај испоручити са напојним каблом и мерним кабловима
- гарантни рок минимално 12 месеци
- уз уређај испоручити уверење о извршеној првој верификацији-еталонирању
- добра се испоручује са упутствима за руковање и одржавање на српском или енглеском језику

Као пример одговарајућег уређаја наводимо модел: произвођача FLUKE модел 8808A

КОМПЛЕТ ШЕНТОВА СТРУЈНИХ

Комплет мерних шентова треба да одговара карактеристикама за наведени универзални дигитални мерни инструмент.

Комплет чине шентови од 25A/100mV, 40A/100mV, 60A/100mV и 100A/100mV по један комад.

Класа тачности минимално 0.5

Уз шентове испоручити уверење о извршеној првој верификацији.

Као пример одговарајућег шентова наводимо модел: произвођача SOCOMEC модели DIN серије 192S