

Обавештење у вези
ЈНМВ бр. 161/17, доставља.-

Питања и одговори за ЈНМВ бр. 161/17:

За партију број 3.

Питање: "Ренгенска цев Ag анода (6-50.kV, 500μA max, 5W max):" Обзиром да различити произвођачи имају различита техничка решења са истом сврхом/употребном вредношћу постављамо питање да ли је, обзиром на техничку спецификацију којом дефинишете искључиво Ag аноду, за вас такође прихватљива Rh анода (50 kV, 200μA max, 4W max)?

Одговор: Није прихватљива. Остајемо при захтеваном техничком захтеву у конкурсној документацији.

Питање: "Детектор Geometrically Optimized Large Area Drift Detector (GOLDD):" Обзиром да различити произвођачи имају различита техничка решења са истом сврхом/употребном вредношћу постављамо питање да ли је SDD (large area silicon drift detector); да ли је прихватљив овај тип детектора?

Одговор: Може бити прихватљив..

Питање: "Резолуција: 150 ev – 185 Ev": Обзиром да је опште позната чињеница да што је нижа резолуција то је осетљивост боља и резултат тачнији. Но како у техничкој спецификацији стоји резолуција од – до (150 ev – 185 Ev) да ли је прихватљива резолуција инструмента од 140 Ev, дакле резолуција која доводи до веће осетљивости уређаја?

Одговор: Прихватљива је.

Питање: "Displaj: покретни, у боји, осетљив на додир;" Да ли је потребан покретан дисплеј, обзиром да је решење нашег инструмента боље и без потребе за померањем дисплеја пошто је он у сваком моменту окренут ка кориснику?


Одговор: Ваше решење не одговара, потребно је да буде према захтеваном техничком захтеву у конкурсној документацији.

Питање: "Интегрисана CCD такмо камера за фотографисање анализираних предмета и означавање локације истих;" Да ли је прихватљива понуда са неинтегрисаном макро камером, обзиром да је захтевана функција задовољена?

Одговор: Није прихватљива.

Питање: "Тежина апарата са батеријом мања од 1,4 кг (мобилни уређај)" Да ли је прихватљива тежина већа од тражене за 100 гр тј. 1,5 кг?

Одговор: Тежина је ограничена на 1,4 кг и више од тога није прихватљиво.

ЈБ 

Умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:
- одељењу за набавке

ДИРЕКТОР

Потписник

мр. Јеспот Јанковић, дипл.инж.

