



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2317 -17

од 14.04. 2014. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке Уређаји за стимулацију срчане
функције јединице за вантелесни крвоток,
оксигенатори и комплети за вантелесну
циркулацију бр. 2317/13, доставља.-

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање: 1. Да ли је за партију 2 потребна канила са балоном на мануелно или аутоматско надувавање.

Одговор: на питање 1.

Није назначено у спецификацији, разматраћемо све понуде.

Питање: 2 Да ли у партији 4 тражите обичну или нископрофилну двостепену канилу.

Одговор на питање 2:

Није назначено у спецификацији, разматраћемо све понуде.

Питање: 3 Да ли партији 7 канила за кардиоплегију треба да има посебну линију за вентовање.

Одговор на питање 3: Што се тиче канила за кардиоплегију и вентовање, пожељно је да у склопу каниле постоје и линија за вентовање и линија за кардиоплегију, али је сасвим задовољавајуће и да понудите и систем за давање кардиоплегије и вентовање са славиницом која ће преусмеравати/одређивати проток, наравно уколико доставите и одговарајуће линије.

СК/ЈМ

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

- понуђачу
- у омот предмета 2317/14

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
 - на интернет страници
- Министарства одбране РС