



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
инт.бр. 3137-14

11 JUL 2014

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 24/14 – Видео стуб за бронхоскопију.

Дописом наш инт.бр. 3137 - 12 од 09.07.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: Видео бронхоскоп: Техничком карактеристиком „ Дубина видног поља 3-100мм“ наручилац ограничава конкуренцију, што је у супротности са Чаном 10. Закона о јавним набавкама. Наведена техничка карактеристика није од суштинског значаја за рад самог апарата и не утиче на саму процедуру нити пружа више информација приликом прегледа пошто није могуће имати поље визуелизације веће од 50 мм. Будући да се посматрање промена и било који захват не врши на дубини већој од 50мм одређивањем ове техничке карактеристике онемогућено је учешће понуђача са производима произвођача Pentax који испуњава све захтеве према европском стандарду Medical Devices Directive 93/42/ЕЕС. Ниједним стандардом није дефинисано да постоји потреба за фокусом од 100 мм гледајући на аспект плућа.

Молимо да Наручилац поступи у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама , омогући што је могуће већу конкуренцију и не ограничава учешће било ког понуђача.

Молимо Вас да се технички захтев измени у „ Дубина видног поља минимум 3-50 мм“

Одговор 1: Прихвата се. „ Дубина видног поља минимум 3-50 мм“

Питање бр. 2

Видео бронхоскоп: Да ли је могуће понудити пречник инсерционе тубе 5,2мм? Разлика од 0,1мм је уобичајена код различитих произвођача и нема суштински значај за рад апарата.

Одговор 2: Прихвата се и 5,2мм.

Питање бр. 3

Ксенон извор светла: Технички захтев „500 сати радни век лампе, резервна халогена лампа“. Да ли је могуће понудити резервну LED лампу уместо халогене?

Одговор 3: Прихвата се

Питање бр. 4

Ксенон извор светла : технички захтев је „могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narrowj Band Imaging)“ будући да се ради о заштићеном називу одређеног произвођача, на основу члана 72. Став 2. и Став 4. молимо Вас да извршите допуну речима „или одговарајуће“. **Одговор 4:** Прихвата се.

Питање бр. 5

Ксенон извор светла: технички захтев је „ 4 мода рада пумпе за ваздух...“ Да ли је могуће понудити пумпу за ваздух са 5 модова рада ? **Одговор 5:** Прихвата се

Питање бр. 6

Видео процесор: Технички захтев „компатибилан са свим флексибилним ендоскопима као и лапароскопским инструментима и главама камере“ представља елиминишући фактор за учешће у јавној набавци што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама. Будући да се ради о опреми за видео бронхоскопију компатибилност са лапароскопским инструментима нема своју оправданост. Молимо Вас да се ова техничка карактеристика изостави из техничке спецификације. **Одговор 6:** Прихвата се.

Питање бр. 7

Видео процесор: технички захтев је „могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narrowj Band Imaging)“ будући да се ради о заштићеном називу одређеног произвођача, на основу члана 72. Став 2. и Став 4. молимо Вас да извршите допуну речима „или одговарајуће“. **Одговор 7:** Прихвата се.

Питање бр. 8

Видео процесор: технички захтев је „повећање структуре и контуре приказа: 3 мода, 8 нивоа“. Да ли је прихватљиво да повећање структуре и контуре приказа буде са 3 мода и 6 нивоа? **Одговор 8:** Прихвата се

Питање бр. 9

Видео процесор: технички захтев је „подешавање колор боја: Ред, Блуе, Црома (±8 нивоа)“. Да ли је прихватљиво да подешавање колор боја буде Ред, Блуе ±5 нивоа? Будући да се подешавањем црвене и плаве боје уједно врши и подешавање Црома ова захтевана

карактеристика није од суштинског значаја. Молимо Вас да се техничка карактеристика Црома изостави из техничке спецификације. **Одговор 9:** Прихвата се

Питање бр. 10

HDTV LCD Монитор: технички захтев је „резолюција 1920x1200 (WUXGA)“. Молимо за појашњење да ли је грешка, односно да ли треба да стоји 1920x1200. Да ли је могуће понудити резолуцију 1920x1080 у HDTV formatu (Full HD)? **Одговор 10:** Прихвата се

Питање бр. 11

Сукциона пумпа: технички захтев је „подешавање вакума 0-100кРа“. Да ли је могуће понудити да подешавање вакума буде од 0-85кРа? **Одговор 11:** Прихвата се од 0-85кРа или шире.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/
Прилог

Измењене стране: 27/50, 28/50, 29/50 и 30/50

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић
