



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6925-М
02 SEP 2016. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинске опреме за ЦВМУ Београд,
бр. 270/16, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 31.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање:

Лабораторијска центрифуга: тражена комбинација техничких захтева и АЛИМС-а је немогућа. Једна од тражених карактеристика је центрифуга са њихајућим ротором, са подесивом брзином ротације од 500 до 6000 обртаја у минути. Прегледом готово свих произвођача нисмо нашли центрифугу која одговара траженим техничким карактеристикама, а да има капацитет од 24 епрувете и да њихајући ротор прелази брзину од 6000 обртаја у минути, као и да има вежеће решење АЛИМС-а о упису у регистар медицинских средстава што је такође један од доказа које понуда мора да садржи.

Такође узимајући у обзир да, према тендерској документацији, центрифуга ће служити за центрифугирање узорака пацијената у клиничко – биохемијској лабораторији, као и да је максимална препоручена брзина центрифугирања узорака у лабораторији 3500 грт, не постоји реална потреба за центрифугом тих техничких карактеристика.

На основу овога интересује нас да ли је прихватљиво понудити центрифугу са њихајућим ротором који постиже максималну брзину до 5000 обртаја у минути.

Молимо да отклоните услов који вашу спецификацију чини немогућом, брзина обртаја до 6000 обртаја у минути.

Одговор: Узећемо у обзир наводе заинтересованог лица и у том смислу извршиће се корекција техничке спецификације.

2. Питање:

За набавку бинокуларног микроскопа тражене техничке карактеристике су између осталог осветљене 6V/30W кварц-халогено са контролом интезитета и интерни трансформатор. Кварц – халогено осветљење припада прошлости и мења се ефикаснијим ЛЕД осветљењем, а једне од многобројних предности ЛЕД осветљења су да нема грејања, светлосно поље је потпуно хомогено, радни век лампе је до 10 х дужи него код кварцне. Интерни трансформатор представља већи ризик за микроскоп, јер у случају

кратког споја долази до оштећења целог микроскопа, за разлику од екстерниг трансформатора када у случају кратког споја долази до оштећења само кабла и спољашњег трансформатора који се лако мења. На основу овога интересује нас да ли је прихватљиво понудити микроскоп који поседује ЛЕД осветљење и има екстерни трансформатор

Обзиром да сте и за ову ставку предвидели да има важеће решење АЛИМС-а о упису у регистар медицинских средстава, молимо да то имате у виду код евентуалне измене тендерске документације.

Одговор: Узећемо у обзир наводе заинтересованог лица и у том смислу извршиће се корекција техничке спецификације.

3. Питање:

За набавку аутоматских пипета један од захтева је био обавезно постојање докумената о извршеном првом метролошком прегледу. Сваки метролошки уређај се метролошки испитује тека када се тачно зна име купца/установе у коју иде јер уверење о метролошком испитивању гласи на корисника и везује се серијски број аутоматских пипета. Због тога ниједан понуђач не може унапред дати уверење о метролошкој исправности. На основу овога интересује нас да ли је прихватљиво доставити изјаву којом се понуђач обавезује да ће приликом испоруке за све аутоматске пипете доставити уверење о првом метролошком прегледу од стране овлашћене метролошке лабораторије?

Одговор: Узећемо у обзир наводе заинтересованог лица и у том смислу извршиће се корекција техничке спецификације.

4. Питање:

Да ли доказивање кадровског капацитета прихватљиво доставити сертификате сервиса о обучености за микроскопе, центрифуге, аутоматске пипете од једног произвођача, а понудити добро другог произвођача наведене опреме.

Одговор: Није прихватљиво, термин "или сродну њој" је дактилографска грешка и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 6925/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС