



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6925-12

30 AUG 2016 16. године

Појашњење – измена конкурсне документације у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке медицинске опреме за потребе ЦВМУ Београд, бр. 270/16,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 26.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Према конкурсној документацији за партију 4. ставка 1. на страни 59 у обрасцу понуде навели сте тражене карактеристике које мора да испуњава тражено добро, у ставу 1.3. „индукцијска снага 3,6 KV и 65kHz". Може ли снага индукованог апарата за ливење бити већа, мања или мора бити тачна 3,6 KV / 65kHz?

Одговор: Снага индукованог апарата за ливење може бити 3,6 KVA/ 65kHz или већа од поменутог.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 6925/16

- Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ВМА
КОВНИК
проф. др Зоран Шегрт