



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7162-47  
29.09..2016.године

Појашњење у вези са припремањем  
понуде, у поступку јавне набавке  
медицински и дијагностички комплети,  
бр. 302/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 29.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање:

Молимо вас да појасните партију 113 четкице за „brush“ биопсију. Да ли се ради о стерилним четкицама за узимање бриса за „папа“ тест за једнократну употребу и да ли тражите 15 паковања од 100 комада?

Одговор:

За партију 113: Четкице за Brash немају никакве везе са узимањем бриса за „Рара“ тест јер се ради о четкицама које се користе у гастроентерологији током ендоскопске ретроградне холангиографије.

2. Питање:

Како у конкурсној документацији стоји само да се траже лигатуре са 6 прстенова, а касније сте на питање другог понуђача одговорили да ћете прихватити и гумице са 7 прстенова, на наше питање нисте одговорили на одговарајући начин. У конкурсној документацији не стоји врста материјала од којих су гумице произведене а како систем који намеравамо да пунудимо има 7 прстенова и гумице од неопрена, молимо да конкретно одговорите на питање: Да ли ће наручилац прихватити и систем за лигирање варикоцитета једњака са 7 гумаца чије су гумице од неопрена?

Одговор:

Прихватају се лигатуре од полихлорпрена, полилизопрена и латеха.

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 7162/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке,

-на интернет страници МО РС