



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 3108-21
од 09.07.2014. године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке – каниле,
катетери и дилататори бр. 3108/14,
доставља.-

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање: У оквиру партије 13, „Balon kateteri po Foley-u, F18, dvokanalni silikonski, 100% , силикон са облим врхом , дужине 41 цм. (уз дозвољено одступање до 2 цм) запремина балона 30 мл, радиопактан,, , није наведено да ли корисник дозвољава да катетер буде провидан (транспарентан) или искључиво тражи непровидан катетер..

Одговор: Тражи се искључиво непровидан (нетранспарентан) катетер.

2. Питање: У партијама 27,28, и 29 „kateter po Foley-u F18,F20 и F22,, троканални, оперативни, силиконски /100% силикон/запремине балона од 50-80мл,,. није наведено који облик врха катетера се тражи.

Одговор.Тражи се врх катетера – закривљен, обли врх, под називом delinotte.

МЂ/ЈМ

НАЧЕЛНИК ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

- заинтересованом лицу
- у омот предмета 3108/14
-

Објављено:

-портал Управе за јавне набавке и
-интернет страница
Министарства одбране РС