



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 3053 - 40

27 APR 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дијагностички материјал за анализаторе произвођача Siemens, Roche и Abbott, ознака из ОРН: 33124130, редни бр. 16/2017 (666/2016), заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„Партија 7-дијагностички материјал компатибилан са апаратима Advia 1200/1800, ставка 12 “reagens za holesterol HDL Direktna, set 2 reagensa R1-esteraza, oksidaza, katalaza R2-peroksidaza (min 1500 testova/set)” треба променити у “imunohemija, supstrati, reagens za holesterol HDL Direktna, set 2 reagensa R1-esteraza, oksidaza, katalaza R2-peroksidaza (min 1304 testova/set)”. Разлог измене је усклађивање са оригиналним паковањем произвођача, односно са оригиналном апликацијом наведеног реагенса за апарате Advia 1200 и 1800.

Партија 7-дијагностички материјал компатибилан са апаратима Advia 1200/1800, ставка 33 “Imunohemija, supstrati, reagens za trigliceride, set od 2 reagensa (min 2300 testova/set)” треба променити у “Imunohemija, supstrati, reagens za trigliceride, set od 2 reagens, (min 1128 testova/set)”. Разлог измене је промена величине паковања, извршена од стране произвођача и самим тим неопходно усклађивање са новим оригиналним паковањем за апарате Advia 1200 и 1800.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.“

Одговор:

Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог понуђача, и у том смислу ће се извршити измена и допуна конкурсне документације у Партији 7, ставке 12 и 33.

MS
CS
01

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

МП



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
К О В Н И К
Проф. др Мирослав Вукосављевић