



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 6524 - 39

**16 AUG 2017**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, 128 Мултислајсни скенер, ознака из ОРН: 33111300, редни бр. 228/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

„Молимо Вас за додатно појашњење вашег одговора јер ињектор са системом монтирања боца за контрастна средства (у запремини до 50 до 500ml) и физиолошки раствор, користи се у нашим највећим здравственим установама па и у Вашој, тиме одустајете од предности који овај систем пружа а то је пре свега безбедност-да уплива ваздух током интервенција, затим максимална уштеда не тако јефтиног контрастног средства, и уз све то значајна уштеда обзиром да се морају набављати шприцеви и евентуална стерилизација шприцева која поскупљује утрошак материјала и штеди време током интервенције.

Обзиром на наведене предности оваквог система молимо вас да још једном узмете у разматрање наше питање:

Да ли би за наручиоца било прихватљиво да се понуди и ињектор који уместо шприцева користи контрастне боце и физиолошке боце, а да се у ињектору налазе заштитни сензори за ваздух?“

**О д г о в о р:**

Не, наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и у свему остаје при елементима техничке спецификације из конкурсне документације, јер сматра да је постојећа формулација прихватљива, а самим тим је обезбеђена и већа конкуренција у предметној набавци.

Наведено горе наведено се односи на појашњење конкурсне документације.

MC, CO, AJ

МП



**ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА**

**П р у ж и о в н и к**

**Проф. др Мирослав Вукосављевић**

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС