



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 6524 - *KA*

21 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, 128 Мултислајсни скенер, ознака из ОРН: 33111300, редни бр. 228/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. „Вашом изменом конкурсне документације бр. 6524-26 од 04.08.2017. године сте избацили тачку 1.7 из партије бр. 2 сагласно прихватању сугестије потенцијалног понуђача, да би у пречишћеном тексту оставили исту.
Напомињемо да сте Вашим одговором јасно и прецизно истакли да је карактеристика избрисана. Пошто претпостављамо да је у питању техничка грешка молимо Вас да Ваш захтев избаците из пречишћеног текста конкурсне документације.
2. На порталу јавних набавки сте објавили измене и допуне (пречишћен текст) конкурсне документације дана 16.08.2017. године. Имајући у виду да сте сагласно чл. 63. Став 5 дужни доставити нови примерени рок за подношење понуда, молимо Вас да поступите сагласно позитивним законским одредбама.“

О д г в о р :

1. Након објаве измене и допуне конкурсне документације бр. 6524-26 од 04.08.2017. године, Наручилац није објавио нови пречишћени текст исте, те су неосновани наводи заинтересованог лица. Поменутом изменом и допуном избрисан је текст у тачки 1.7. тако да техничка спецификација гласи:

6 - I - 4
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2

РБ	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА КОЈУ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ (табелу обавезно попунити)	Количина у комадима	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектој и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
1	Инјекторски систем за СТ процедуре			
1.1	Injektor sa min.dve glave za CT procedure			
1.2	Električna glava sa ekranom koji radi na dodir, koji omogućava programiranje injekcije ili konzola u sobi za tehničare za programiranje protokola injekcije			
1.3	Grejač šprica-integrisani grejač za kontrastno sredstvo			
1.4	Brzina protoka od 0,1 do 10ml u sekundi			
1.5	Mogućnost simultanog ubrizgavanja kontrastnog sredstva I fiziološkog rastvora			
1.6	Automatsko punjenje praznih špriceva sa dizajnom za minimiziranje uvlačenja vazдушних mehurića			
1.7	Sistem za detekciju vazduha u vidu senzora, koji sprečava embolizaciju tokom ubrizgavanja kontrastnog sredstva ili fiziološkog rastvora.			

2. Имајући у виду да наведене измене и допуне не изискују значајније време за додатну припрему понуда, сматрамо да је нови рок за подношење понуда од 6 дана примерен.

МС,МЂ

МП

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС