



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 6695 - 25

21 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дигитални рендген апарат за 3D СВСТ (cone beam CT), ознака из ОРН: 33126000, редни бр. 208/2017, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„Детаљном анализом захтеваних техничких спецификација на странама 29/49 и 30/49 тендерске документације, закључује се да су оне тако конципиране да се фаворизује искључиво један произвођач уређаја који је предмет јавне набавке односно одређени понуђач. Напомињемо да се скупом наведених техничких спецификација (не појединачне захтеване техничке спецификације) врши дискриминисање осталих понуђача директним фаворизовањем одређеног модела предмета јавне набавке чиме се онемогућава осталим понуђачима да учествују у процесу достављања понуда јавне набавке а самим тим и кршење Начела обезбеђивања конкуренције (Основне одредбе закона о ЈН, Начела јавних набавки, члан 10).

Веома је индикативан захтев број 1.5 на страни 39/49 у којем се захтева да опсег напона рендген цеви буде од 60-90KV или шире.

Наведени опсег напона рендген цеви одговара уређајима за панорамску и кефалометријску радиографију са или без 3D СВСТ модалитета снимања. Код тих апарата приликом 3D СВСТ снимања напон рендген цеви износи од 85KV до 120KV (зависно од модела уређаја, а што се може проверити једноставним истраживањем тржишта). Како је предмет јавне набавке „ДИГИТАЛНИ РЕНДГЕН АПАРАТ ЗА 3D СВСТ (CONE BEAM CT)" а не апарат са панорамским и кефалометријским снимањем, закључује се да захтевана спецификација вредности опсега напона рендген цеви није техничка спецификација самог предмета јавне набавке (неодговарајућа је предмету јавне набавке) и она овде служи искључиво у циљу искључења конкуренције, скупа са осталим захтеваним техничким спецификацијама. Овиме се крши Начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача (Основне одредбе закона о ЈН, Начела јавних набавки, члан 10 и члан 12).

Такође, као Ваш одговор на постављено питање једног од потенцијалних понуђача у вези са захтеваним опсегом напона, од дана 24.07.2017. године (заведено под бројем 6695-12), сте навели следеће: „...дозвољава се да горња граница опсега напона рендген цеви може бити виша од 90KV, а доња нижа од 60KV”.

Овим одговором је наручиоц остао при своме дискриминаторском критеријуму проширивањем задатог опсега, а што је и првобитно било дозвољено. Овим се и даље фаворизује техничка спецификација уређаја који не одговара предмету јавне набавке, јер уређаји са 3D СВСТ снимањем (без панорамског и кефалометријског снимања, а који нису ни захтевани у предмету јавне набавке) имају веће вредности доње границе напона рендген цеви. Сама 3D СВСТ технологија захтева веће вредности напона како би снимци били дијагностички релеватни индикацији снимања.

Молимо Вас да, у циљу обезбеђивања основних начела ЗЈН, Начела обезбеђивања конкуренције као и Начела једнакости понуђача, извршите исправку захтеваног опсега напона на опсег напона који одговара предмету јавне набавке и функцији траженог уређаја односно да захтев буде такав да омогућује доњу границу напона рендген цеви највише 90KV, са минималним опсегом од 30KV између доње и горње границе напона рендген цеви, како би се очувао претходно захтевани динамички опсег“.


О д г о в о р:

Не, наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и у свему остаје при елементима конкурсне документације.

Како смо већ претходно одговорили на питање заинтересованог лица, ставком 1.5 конкурсне документације захтева се опсег напона рендгенске цеви од 60 до 90 kV или шире. То значи да се дозвољава да горња граница опсега напона рендгенске цеви може бити виша од 90 kV, а доња нижа од 60 kV, што омогућава већем броју понуђача да равноправно конкуришу.

НП,МС,СО

МП



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС