



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија

Бр. 7317 - 26

19 SEP 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију, ознака из ОРН: 33140000, редни бр. 342/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

- 1) „За партије број 1, 3, 4, 5 и 7:

Да ли је прихватљива понуда шрафа без матице јер импланти које наша компанија нуди поседују систем „low profile“ код кога није потребна матица да би се фиксирала шипка?

- 2) За партију број 1:

Позиција 1 - да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди вијак 4,5-7,5mm?

Позиција 3 - да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди шипка дужине 500mm?

Позиција 7 – да ли ће понуда бити прихватљива ако се понуди уметак РЕЕКа?

Позиција 9 - да ли ће понуда бити прихватљива уколико се понуди наведе балон уместо стента уколико је цена задовољавајућа?

- 3) За партију број 3:

Да ли је могуће поделити партију у две или три засебне партије са обзиром да се тражи материјал за фиксну стабилизацију, динамичку стабилизацију и вратну кичму а у питању су три различите врсте материјала као и различите хирушке процедуре?

- 4) За партију 5:

У називу партије је наведено „Импланти за задњу тораколумбалну стабилизацију, систем са промером шипке 4,75mm“ као и под ставкама 1, 2 и 4 наведена је шипка 4,75mm. Са обзиром да се ради о дечијој хирургији молим образложење због чега се неће сматрати прихватљивом понуда за шипку промера 4,5mm јер таква захтева шипку мањег промера?

- 5) За партију број 7:

-да ли је неопходно да глава шрафа буде спољашњег дијаметра 13,8mm?

-молим за образложење зашто је значајан спољашњи дијаметар главе шрафа 13,8mm?

-да ли партија број 7 може да се разложи на две партије обзиром да се ради о имплантима за одвојени цервикални и лумбални део кичме?“

- 6) „С обзиром да сте нам уважили захтев за појашњење за ставке 1,2,3 из партије 1 и формирали посебну партију 11, у којој није усклађена техничка спецификација за ставку 1 из партије 11 са ставком 2 из партије 11, а прихваћена је измена.

Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање:

Да ли се може понудити за ставку 1 у оквиру партије 11 поред првобитне верзије:

„Вијак титанијумски полиаксиалниса двострукум закључавањем, промера 3,5-7mm, пресвучен хидрокси-апатитом са дуплим навојима дужине 30-55mm, и вијак титанијумски полиаксијални са обрнутим закључавањем, промера 30-55mm, да би задовољио тражену техничку компатибилност шрафа са траженом матицом са обрнутим закључавањем из ставке 2 партије 11?“


- 7) „У колинама 12 и 13 обрасца понуде су наведени рокови трајања и рокови стерилности за сваку ставку понаособ. Молимо Вас да нам дате упутство како да попунимо образац понуде са структуром цене у којој стоји неограничен рок трајања и да је потребно да се стерилише пре имплантације, а ми нудимо производ чији је рок трајања уједно и рок стерилности и ограничен је на 5 година.
- 8) У партији број 6- „trepanatori, sečiva i freze za postojeći sistem i pumpa za intratekalno davanje lekova“, под позицијом 25- „Programabilna pumpa za intratekalnu aplikaciju medikamentata zapremine 40ml sa podesivim protokom, komparibilna sa snimanjem celog tela MR jačine do 3T“, sa implantacionim sistemom, тражен је производ који се састоји од шест ставки са различитим стопама ПДВа (10% и 20%). У „excel“ табели треба да попунимо ПДВ стопу за поменутоу позицију, а заправо се ради о производу од шест ставки са различитим стопама ПДВа. Молимо Вас за појашњење како да попунимо „excel“ табелу за наведену позицију. Молимо Вас да раздвојите позицију 25 на шест ставки ... ?“

О д г о в о р и:

1. Не, Наручилац не може прихватити понуду шрафа без матице, јер хирурзи са Клинике за неурохирургију нису упознати са поменутом технологијом.
2. Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације и,
 - Промер 4,35 - 7mm,
 - Изменама и допунама конкурсне документације, наручилац је већ изашао у сусрет заинтересованом лицу, формирајући партију број 11, у којој је могуће понудити шипку дужине 500mm,
 - Тражен је „Viјak titanijumski“, не уметак од РЕЕКа,
 - Како је већ наведено у предходним одговорима на питања, вертебрални балон је скупље решење без значајних функционалних предности према нашем досадашњем искуству.
3. Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације. Није могуће раздвојити партије јер је предвиђено да се системи могу користити и за дугачке сегменте, па је потребно да су компатибилни.
4. Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације. Није могуће прихватити шипку промера 4,5mm, јер је предвиђен шраф унутрашњег промера 4,75mm, тако да шипка мањег промера не би обезбедила адекватно функционисање и стабилност система.
5. Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.
 - Није могуће прихватити јер је потребно да буде обухваћен и промер шрафа од 4mm.

- Није неопходно да глава шрафа буде дијамтера 13,8mm, може да буде и мања али не може да буде већа.
 - Дијаметар шрафа обезбеђује мању трауму меких ткива и боље зарастање.
 - Није могуће раздвајање зато што је систем планиран и за стабилизацију дужих сегмената и мора да буде компатибилан.
6. Да, Наручилац ће понуду оценити као прихватљиву, дакле може се понудити шраф са са обрнутим закључавањем у наведеним димензијама.
7. У табели Прилога 2 конкурсне документације и у колонама 12 и 13 обрасца понуде, за рок трајања/употребе/стерилности наведени су декларисани рокови произвођача. На даље у конкурсној документацији, на страни 27 пише: „Понуђена добра која су стерилна не подлежу року трајања и рок стерилности на дан испоруке мора бити минимум 50% декларисаног произвођачког рока. Понуђена добра која нису стерилна и подлежу року трајања, морају имати рок трајања на дан испоруке минимум 50% декларисаног произвођачког рока. За понуђена добра која су неограниченог произвођачког рока трајања, понуђач треба у понуди да наведе да је понуђено добро неограниченог рока трајања.“ Дакле, у обрасцу понуде, након табеле, понуђач уписује тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.
8. Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

MD
@ ЛМ,СО,МС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
ПРОКУРТОР КОВНИК

Проф. др Мираслав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС