



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Бр. 3949-

12
20 AUG 2018

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Медицинске опреме за формирање ВБ
2+ са додатним модулима
бр. 7/2018, доставља

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство Министарства одбране, дана 17.08.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање: У партијама бр. 32-40, 42, тражен је: поклопац контејнера за стерилизацију са интегрисаним филтерима, за 5000 циклуса, стерилност материјала 12 месеци.

Молим вас за појашњење на који начин се доказује број циклуса и рок стерилности материјала ?

Одговор: Доказивање захтеваних техничких карактеристика – број циклуса и рок стерилности материјала од 12 месеци за партије 32-40 и 42 (позиција поклопац контејнера за стерилизацију са интегрисаним филтерима, за 5000 циклуса, стерилност материјала 12 месеци) врши се достављањем доказа о валидацији спроведеној од стране акредитоване (сертификоване) лабораторије EU или USA, којим се потврђује рок стерилности материјала у контејнерима минимум 365 дана од дана стерилизације. Наведени доказ понуђач доставља уз понуду. Имајући у виду наведено, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

ЗС.

60 JK



НАЧЕЛНИК

пуковник

др. сци. мед.

Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС