



ВОЈНА ПОШТА

1102

број 10913 - 9

17.10.2017. године

БЕОГРАД

Објашњење конкурсне документације
и додатне информације, доставља.-

Комисија за јавну набавку добара – Хигрометар (јавна набавка заведена под редним бројем 1.1.209-336-50/2017 за 2017. годину у ВП 1102 Београд – у даљем тексту Комисија), проучила је допис потенцијалног добављача (у ВП 1102 Београд заведен под бројем 11701-1 од 16.10.2017. године) и извршила анализу дописа да би се набавка спровела према Закону о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон).

На основу свега изнетог достављамо одговор према следећем:

1. Питање:

- Да ли је прихватљиво доставити ISO 9001-2015 произвођача и уверење о еталонирању домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO 1725 у опсегу од -5°C до 70°C за температуру и од 5% на 95%RH за влагу?

Одговор:

- Из доступних података закључује се да лабораторија коју сте контактирали не обухвата опсег температуре и влажности који је Наручилац захтевао у конкурсној документацији за набавку Хигрометара.

У складу са чланом 63. Закона, ово питање и одговор, биће објављени на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и порталу јавних набавки Министарства одбране, у склопу предмета јавне набавке.

Достављено:

- Портал УЈН РС и портал МО РС,
- Одељењу за одржавање ВП 1102 Београд,
- Архива ВП 1102 Београд – оригинал.

НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

Жељко Нинковић, дипл. инж.

