

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Маркуљевић В.

Ваздухопловни завод
"Мома Станојловић"
Бр. 02-1-4/10163-8
17. године
БАТАЈНИЦА

Одговор за ЈН 252/17,
доставља.-

Питање бр. 1 гласи:

"Партија 2:

Након консултација са акредитованим лабораторијама у Србији, обавештавамо Вас да је, за тражени мултиметар, могуће еталонирање капацитивности до 10 mikrofarada.

Молимо Вас да потврдите да је наведено прихватљиво за квалитативн пријем."

Одговор:

За партију број 2 – услов за квалитативни пријем је да се после испоруке изврши еталонирање у војној метролошкој лабораторији.

За партије 1, 3, 4, 5 и 6 обавезно је достављање уверења о еталонирању опреме по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, те трошкове издавања уверења, исказати по партијама у понуђену цену. Молимо јасно образложење, које све трошкове садржи понуђена цена за сваку партију. Очекујемо да трошкове, које изискује достављено уверење о еталонирању по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, укључите у понуђену цену.

Питање бр. 2 гласи:

"Партија 7:

С обзиром да лемилице припадају алтаима, не мерним инструментима, не подлежу еталонирању.

Молимо Вас да изузмете овај услов достављања уверења о еталонирању по стандарду ISO1705.

Одговор:

За партију број 7 – лемна станица није мерно средство и није потребно уверење.

СК/ВМ

Умножено у 2 (два) примерка и достављено:
- Одељењу за набавку x2

ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.