

Ваздухопловни завод
"Мома Станојловић"
Бр. 02-1-4/1802-1
14. године
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Маркуљевић В.

Одговор за ЈН 252/17,
доставља.-

"MICOM" doo
e-mail: office@micom.rs

Питање гласи:

"На основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања (Сл. Гласник РС, број 49/2010 и 110/2013) није предвиђено обавезно оверавање инструмената који су предмет набавке 252/17.


Молимо Вас да изузмете овај услов јер за ове уређаје не постоји обавеза првог оверавања, како по нашим законским актима тако и по међународним"

Одговор:

Тачно је да по Закону није предвиђена обавеза првог оверавања инструмената, али је то био захтев корисника и покретача набавке. Није потребно прво оверавање инструмента, али услов за квалитативни пријем је да се достави уверење о еталонирању по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006.

СК/ВМ


Умножено у 2 (два) примерка и достављено:
- Одељењу за набавку x2


ДИРЕКТОР
пуковник
мр Деспот Јанковић, дипл. инж.
