



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Бр. 3949- <sup>15</sup>  
**22 AUG 2018**

Појашњење у вези са припремањем  
понуде у поступку јавне набавке  
Медицинске опреме за формирање ВБ  
2+ са додатним модулима  
бр. 7/2018, д о с т а в љ а

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство Министарства одбране, дана 21.08.2018. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

Питање: За партију 25 – лабораторијски инкубатор

- Тражено је да лабораторијски инкубатор поседује TFT дисплеј, да ли је прихватљиво понудити модел који поседује LED дисплеј?
- Које запремине треба да буде лабораторијски инкубатор?

Одговор: Прихватљиво је понудити и модел који поседује LED дисплеј, а унутрашња запремина инкубатора износи 30-60 литара.

ЗС.



НАЧЕЛНИК  
пуковник  
др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС