



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

3816-12
2017. године
~~18 APR 2017~~

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке дијагностичког
материјала за анализаторе инопроизвођача
BIORAD или одговарајуће, бр. 659/16
(72/17),
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 13.03.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : партија 1- Дијагностички материјал и контроле инопроизвођача Биорад или одговарајуће компатибилне са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ/ХПАНД и АДВИА И 1200/1800, АРЦХИТЕЦТ и2000/и1000, ИММУЛИТЕ 2000, АДВИА Центаур ХП/ЦП, ЦОБАС 600 ЦОРЕ УНИТ+е601, ЕЛЕЦСУС, ЛАБУМАТ&УРИСЕД.

Поштовани,

С обзиром да је предмет ЈН, за партију 1 - Дијагностички материјал и контроле инопроизвођача БиоРад или одговарајуће, компатибилне са наведеним апаратима, овим путем желимо да укажемо Наручиоцу на чињеницу да је техничка спецификација формулисана на такав начин да само један понуђач може у потпуности да испуни све захтеване карактеристике и да се отвореним поступком само прави привид конкурентности.

Наиме, у спецификацији добара, када се узму у обзир описи и врсте контролних материјала као и јединице мере за поједине ставке (дефинисане у сетовима) недвосмислено се долази до закључка да оваква формулација Партије 1 омогућава само једном понуђачу тј заступнику произвођача БиоРад да у потпуности испуни захтеве предметне ЈН.

Наручилац на овај начин крши начела ЗЈН и то начело обезбеђивања конкуренције, члан 10., начело транспарентности поступка јавне набавке члан 11. као и начело једнакости понуђача члан 12. и тиме ставља потенцијалне понуђаче у неједнак положај. Како бисте обезбедили једнакоправно, транспарентно и конкурентно учешће потенцијалних понуђача у предметној ЈН, молимо вас да извршите измене КД, како је даље наведено.

Захтев за измену конкурсне документације бр 1.

Партија 1.

ставка 1.7. Имунохемија, вишепараметарске, Имунохемијске контроле за пренаталну дијагностику, сет 3 нивоа, компатибилна са методом/апаратом ИММУЛИТЕ 2000.

ставка 1.21. Клиничка хемија, остале уринарне контроле, нормални ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ / Х ПАНД и АДВИА 1200/1800, ЕЛЕЦСУС 2010, АДВИА ЦЕНТАУР ХП/ЦП и АРЦХИТЕЦТ и 2000ср (АЛА, порфирина, кортизол, На, К, Цл, уреа)

ставка 1.22. Клиничка хемија, остале уринарне контроле, патолошки ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ / Х ПАНД и АДВИА 1200/1800, ЕЛЕЦСУС 2010, АДВИА ЦЕНТАУР ХП/ЦП и АРЦХИТЕЦТ и 2000ср (АЛА, порфирина, кортизол, На, К, Цл, уреа)

ставка 1.26. Клиничка хемија, остале уринарне контроле, течни сет 2 нивоа, контрола квалитета за физичко хемијски преглед и преглед седимента урина компатибилна са методом/апаратом ЛАБУМАТ И УРИСЕД

ставка 1.27. Имунохемија, контролни серум за метале у крви, ниво 1.

ставка 1.28. Имунохемија, контролни серум за метале у крви, ниво 2.

Молимо вас да наведене ставке **издвојите из Партије 1 и одвојите их у засебну партију**, с обзиром да једино и искључиво произвођач Биорад, односно његов овлашћени дистрибутер, може да понуди контролне серуме из наведених ставки. Такође, треба узете у обзир чињеницу да се неки од тражених параметара не изводе на апаратима који су наведени у називу и опису партије 1 предметне ЈН, што додатно оправдава наш захтев.

2. Питање : Захтев за измену конкурсне документације бр 2.

Прегледом техничке спецификације, увидели смо да је као јединица мере за следеће ставке наведен сет:

Партија 1, ставка 19. Имунохемија вишепараметарске контроле, сет од 3 нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом АДВИА ЦЕНТАУР ХП/ЦП, Иммулите 2000 (АФП, Ц-пептид, ЦЕА, кортизол, ДХЕАС, Е2, ФОЛ, ФСХ, ТхЦГ, инсулин, ЛХ, ПРГ, ПРЛ, ТПСА, фПСА, фТЗ, ТЗ, фТ4, Т4, тест и

Партија 1, ставка 20 Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, сет од 3 нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом АДВИА ЦЕНТАУР ХП/ЦП, Иммулите 2000 (ЦА 19-9, фПСА, ЦА125, ЦА15-3)

Овако формулисан захтев **“сет од 3 нивоа”** је непрецизан и као такав неприхватљив, јер понуђачи из тога не могу да закључе која је тачно тражена количина контролног серума.

Како бисте омогућили конкурентност тако да и други понуђачи имају могућност достављања адекватне и прецизне понуде, молимо вас да сваки ниво из сета одвојите у засебну ставку и тражену количину изразите у мл, као универзалну меру.

У циљу обезбеђења услова из назива ЈН Отворени поступак “Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача БиоРад или **одговарајући**”, молимо вас да извршите измене КД у складу са наведеним захтевима како би поступак био отворен и пружио могућност осталим понуђачима да дају **одговарајуће** понуде.

Одговори:

За партију 1 ставка 1.7 – Имунохемија, вишепараметарске, имунохемијске контроле за пренаталну дијагностику, сет 3 нивоа, компатибилан са методом/апаратом Иммулите 2000, не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се ова ставка издвоји у посебну партију зато што више понуђача може да понуди ову ставку у оквиру партије.

За партију 1 ставка 1.21 делимично се прихвата сугестија, тако што у називу треба да пише Клиничка хемија, остале уринарне контроле, нормални ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ, Адвиа 1200/1800 (кортизол, На, К, Цл, уреа, креатинин, мокраћна кис, протеини, Ца, П, Мг). Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се ова ставка издвоји у посебну партију зато што више понуђача може да понуди ову ставку у оквиру партије.

За партију 1 ставка 1.22 делимично се прихвата сугестија, тако што у називу треба да пише Клиничка хемија остале уринарне контроле, патолошки ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ, Адвиа 1200/1800 (кортизол, На, К,Цл, уреа, креатинин, мокраћна кис, протеини, Ца, П, Мг). Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се ова ставка издвоји у посебну партију зато што постоји више понуђача који могу доставити прихватљиве понуде .

За партију 1 ставка 1.26 – Клиничка хемија, остале уринарне контроле , течни сет 2 нивоа, контрола квалитета за физичко хемијски преглед И преглед седимента урина компатибилна са методом/апаратом Лабумат и Урисед – прихвата се сугестија и ова ставка ће бити издвојена у засебну партију.

За партију 1 ставке 1. 27 – Имунохемија, контролни серум за метале у крви, ниво 1 и ставку 1.28 - Имунохемија, контролни серум за метале у крви, ниво 2 прихвата се сугестија и ове ставке ће бити издвојене у засебну партију.

За партију 1 ставку 19 – Имунохемија, вишепараметарске контроле, сет од 3 нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Адвиа Центаур ХП/ЦП, Иммулите 2000 (АФП, Ц-пептид, ЦЕА, кортизол, ДХЕАС, Е2, фол, ФСХ, ТхЦГ, инсулин, ЛХ, прг, ПРЛ, тПСА, фПСА, ФТЗ, ТЗ, фТ4, Т4, тестостероне) и

За партију 1 ставку 20- Имунохемија, контролни серум за тумор маркере течни сет од три нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Адвиа Центаур ХП/ЦП, Иммулите 2000 (ЦА 19-9, фПСА, ЦА 15-3, ЦА 125) не прихвата се сугестија понуђача. Понуда ће бити оцењена као прихватљива уколико понуђач понуди једно добро које се састоји од три нивоа, или три добра које садрже по један ниво уколико су испуњени остали захтеви (да је добро компатибилно са наведеним апаратима/методама и садржи наведене тестове).

3С.

Достављено:

- у омот предмета 3816/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ГРУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић