



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3816- 21

~~26 APR 2017~~ 2017. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде, у поступку јавне набавке
дијагностичког материјала за анализаторе
инопроизвођача BIORAD или
одговарајуће, бр. 659/16 (72/17),
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 24.04.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : партија 1- Дијагностички материјал и контроле инопроизвођача Биорад или одговарајуће компатибилне са методом/апаратом Дименсион РхЛ МАХ/ХПАИД и АДВИА И 1200/1800, АРЦХИТЕЦТ и2000/и1000, ИММУЛИТЕ 2000, АДВИА Центаур ХП/ЦП, ЦОБАС 600 ЦОРЕ УНИТ+е601, ЕЛЕЦСУС, ЛАБУМАТ&УРИСЕД.

Поштовани,

У Одговору бр 3816-12, од 18.04.2017 објављеном на Захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку бр 659/16(72/17) - "Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача БиоРад или одговарајући", навели сте:

Партија 1, ставка 1.7 Имунохемија, вишепараметарске, Имунохемијске контроле за пренаталну дијагностику, сет 3 нивоа, компатибилна са методом/апаратом IMMULITE 2000- **"не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се ова ставка издвоји у посебну партију, зато што више понуђача може да понуди ову ставку у оквиру партије 1"**.

Овим путем желимо да Вам укажемо на чињеницу да на тржишту Републике Србије постоји само један понуђач (заступник произвођача БиоРад) који тренутно има могућност да понуди контролу из наведене ставке, и самим тим испуни све услове за учешће у партији 1.

Наиме, други понуђач који је уписан у Регистар медицинских средстава као Носилац уписа за контролни серум произвођача Рандох Лабораториес који испуњава захтеве из Ставке 1.7, више нема важећи Уговор са произвођачем контролних материјала јер је у току промена овлашћеног дистрибутера за територију Р. Србије. Самим тим контролни серуми произвођача Рандох Лабораториес се у овом тренутку не могу наћи у промету на територији Р. Србије нити могу бити предмет валидне понуде за предметну Јавну набавку.

Као доказ горе наведеног, могуће је поднети званичан Захтев за издавање стручног мишљења о питањима из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (Закон о лековима и медицинским средствима, Сл Гласник РС бр 30/10 и 107/12).

На основу свега наведеног, молимо Вас да Ставку 1.7, Партија 1 издвојите у засебну партију и на тај начин омогућите и осталим заинтересованим понуђачима да са једнаким правима учествују у предметној јавној набавци.

Партија 1, Ставка 19 Имунохемија вишепараметарске контроле, сет од 3 нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin, LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, test i

Партија 1, Ставка 20 Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, сет од 3 нивоа, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3)- навели сте “ Понуда ће бити оцењена као прихватљива уколико понуђач понуди једно добро које се састоји од три нивоа, или три добра које садрже по један ниво уколико су испуњени остали захтеви (да је добро компатибилно са наведеним апаратима/методама и садржи наведене тестове).

С обзиром да различити произвођачи имају различите величине паковања, молимо вас да дефинишете величину сета, односно тражену количину изразите у мл, као универзалну меру, а све у циљу достављања адекватне и прецизне понуде, како бисте избегли да добијете мању количину контролног материјала од оне која Вам је неопходна.

У циљу обезбеђења услова из назива ЈН Отворени поступак “Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача БиоРад или одговарајући”, молимо вас да извршите измене КД у складу са наведеним захтевима како бисте обезбедили једнакоправно, транспарентно и конкурентно учешће потенцијалних понуђача у предметној ЈН.

Одговори:

Партија 1, ставка 1.7 Имунохемија, вишепараметарске, Имунохемијске контроле за пренаталну дијагностику, сет 3 нивоа, компатибилна са методом/апаратом IMMULITE 2000, прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и ова ставка се издваја у посебну партију.

Партија 1, ставка 19 Имунохемија вишепараметарске контроле, сет од 3 нивоа, прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се количина изрази у мл. Ова ставка ће се издвојити из партије 1 у нову партију са три ставке, тако да свака ставка одговара једном нивоу. Понуде ће бити оцењене као прихватљиве уколико се понуди једно добро које се састоји од три нивоа или три добра које садрже по један ниво, уколико су испуњени остали захтеви (да је добро компатибилно са наведеним апаратима/методама и садржи наведене тестове).

Партија 1, Ставка 20 Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, сет од 3 нивоа, прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да се количина изрази у мл. Ова ставка ће се издвојити из партије 1 у нову партију са три ставке, тако да свака ставка одговара једном нивоу. Понуде ће бити оцењене као прихватљиве уколико се понуди једно добро које се састоји од три нивоа или три добра које садрже по један ниво, уколико су испуњени остали захтеви (да је добро компатибилно са наведеним апаратима/методама и садржи наведене тестове).

3С.

Достављено:

- у омот предмета 3816/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

