



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6403- 25
01 AUG 2017 2017. године

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке резервни делови и
потрошни материјал за одржавање
медицинске опреме, бр. 254/17,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 31.07.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање :

У складу са чланом 63 ЗЈН, достављамо захтев за додатно појашњење јавне набавке бр 254/17 за партије 9,11,12 и 38:

Као додатни услов на страни 41. сте навели да понуђач треба да достави следеће:

Потврду произвођача медицинских апарата у који се уграђује понуђени р/д или за који се троши понуђени тп/м да су понуђена добра компатибилне и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату уколико се нуди р/д или тп/м одговарајућег а не траженог каталошког броја.

Имајући у виду да је у питању набавка потрошног материјала и резервних делова, постојивелики број произвођача техничког и потрошног материјала који су компатибилни са медицинским уређајима других произвођача, јер то и јесте сврха произвођача техничког и потрошног материјала. Желимо да напоменемо да сви производи произвођача ког заступамо, поседују ЦЕ сертификат и све остале неопходне сертификате као и декларације о усклађености, као и да произвођач потрошног и техничког материјала, такође поседује све неопходне сертификате који су потребни за производњу истих.

Уједно напомињемо да поједине резервне делове не производи произвођач медицинског апарата, већ има outsource фирме за снабдевање резервним деловима и потрошним материјалом. Нпр ксенонску сијалицу не производи произвођач Извора хладног светла већ купује произвођача сијалица.


Предвиђеним условом да се достави Изјава произвођача апарата онемогућени смо да учествујемо у поступку јавне набавке, јер ниједан произвођач опреме неће дати изјаву о компатибилности са потрошним материјалом другог произвођача јер би то био сукоб интереса. Напомињемо да је услов који сте захтевали у супротности са Законом о јавним набавкама, као и супротно ставовима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Предлажемо измену конкурсне документације тако да гласи да се уз понуду достави поред свега траженог, изјава произвођача потрошног материјала под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је компатибилан са моделом/произвођачем уређаја за који се подноси понуда. Уједно вам указујемо на неправилности у конкурсној документацији на стр 46 где наводите погрешан број јавне набавке.

„ Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „ Појашњење – позив на број 618/16 (73/17).

Одговор: Прихвата се примедба заинтересованог лица јер, за наведене партије (9,11,12 и 38) није неопходно да р/д и тп/м буду каталошких бројева које смо тражили већ могу бити било ког произвођача уз достављену изјаву произвођача потрошног материјала под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је компатибилан са моделом/произвођачем уређаја за који се подноси понуда и, у том смислу биће измењена конкурсна документација и поново продужен рок за доставу понуда.

3С.



СТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

КОВНИК

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 6403/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС