



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6403-28
2017. године

05 AUG 2017

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке резервни делови и
потрошни материјал за одржавање
медицинске опреме, бр. 254/17,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 03.08.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : ПАРТИЈА 7, ставка 2-Наручилац захтева пумпице 15 мм-напомињемо да су у питању тог промера за децу. Да ли је наручилац мислио на 24 мм које су за одрасле?

Одговор: Наручилац ће прихватити пумпице промера 15 – 24 мм и, у том смислу ће извршити измену конкурсне документације.

2. Питање: ПАРТИЈА 7, ставке 3 до 6. Да ли наручиоцу требају електроде екстремитета за одрасле?

Одговор: Да

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 6403/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић