



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9678-16

27. NOV 2017 2017. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде, у поступку јавне набавке
медицинске опреме Центра за контролу
тровања за потребе ВМА, бр. 484/17,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 24.11.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : У конкурсној документацији на страни 9, захтевано је да се као доказ да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, достави и изјава Произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко – потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема. Да ли ће бити прихватљиво уколико се као доказ траженог захтева достави изјава инозаступника за Европу?

Одговор: Наручилац остаје у свему при захтеваним условима.

2. Питање: У конкурсној документацији на страни 28, тражено је да FID детектор има минимални ниво детекције $< 1.4 \text{ pg C/s}$ и линеарни динамички опсег више од 10^7 . Да ли ће бити прихватљиво уколико се понуди FID детектор који има минимални ниво детекције 1.5 pg C/s и линеарни динамички опсег 10^7 с обзиром да незнатно мала разлика у траженој и поменутој вредности не утиче на квалитет добијених резултата и осетљивост мерења, а да на основу вашег одговора датог 23.11.2017. године није могуће прецизно закључити да је детектор наведених карактеристике прихватљив?

Одговор: Техничка спецификација је већ измењена тако што је наведено $\leq 1.5 \text{ pg C/S}$ и $\geq$ од 10^7 тако да ће бити прихваћено.

ЗС.



ЗАСТУПНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
ПУКОВНИК

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 9678/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници МО РС