



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 4421- 9

23.04.2018. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Медицински и дијагностички комплети
за потребе војноздравствених установа
МО., д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 18.04.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање бр. 1 Партија бр. 14

У техничкој документацији у партији 14 наручилац наводи спецификацију са описом: Омче за полипектомију- вишекратне овалне, отвор омче 15 мм, густо плетена жица (0,47 мм), (радна дужина 2.300 мм, мин. радни канал 2,8 мм) компатибилна са спољашњом пластичном кошуљицом и дршком.

Да ли су за наручиоца прихватљиве и омче за полипектомију- једнократне овалне, отвор омче 15 мм, (радна дужина 2.800 мм, мин. радни канал 2,4 цм) у комплекту са спољашњом пластичном кошуљицом дијаметра 2,4 мм и дршком, чиме се врши уштеда јер уједно није неопходна и набавка добра из партије бр. 25 са описом: Вишекратна кошуљица за вишекратне омче (радна дужина 2.300 мм, мин. радни канал 2,8 мм)

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације

Питање бр. 2 Партија бр. 26

У техничкој документацији у партији 26 наручилац наводи спецификацију са описом: Тролуменски папилотом- вишекратни (одвојени канали за жичани водич, жицу за сечење и убацивање контраста), дистални врх промера 4,5 Фр, дужина врха 3 мм са жицом за сечење дужине 30 мм, компатибилан са guide wire 0,035", (радна дужина 1950 мм, мин. радни канал 2,8 мм)

Да ли је за наручиоца прихватљив и Тролуменски папилотом- једнократни (одвојени канали за жичани водич, жицу за сечење и убацивање контраста), дистални врх

промера 5,5 Fr, дужина врха 5 мм са жицом за сечење дужине 30 мм, компатибилан са гуиде вире 0,035", (радна дужина 2000 мм)

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр. 3 Партија бр. 27

У техничкој документацији у партији 27 наручилац наводи спецификацију са описом: Омче за полипектомију- вишекратне овалне, отвор омче 25 мм, густо плетена жица (0,47 мм), (радна дужина 2.300 мм, мин. радни канал 2,8 мм) компатибилна са спољашњом пластичном кошуљицом и дршком.

Да ли су за наручиоца прихватљиве и омче за полипектомију- једнократне овалне, отвор омче 25 мм, (радна дужина 2.800 мм, мин. радни канал 2,4 цм) у комплекту са спољашњом пластичном кошуљицом дијаметра 2,4мм и дршком чиме се врши уштеда јер уједно није неопходна и набавка добра из партије бр. 25 са описом: Вишекратна кошуљица за вишекратне омче (радна дужина 2.300 мм, мин. радни канал 2,8 мм)

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр.4 Партија бр. 33

У техничкој документацији у партији 33 наручилац наводи спецификацију са описом: Балон катетер за екстракцију камена, мултипле величине балона 15/ 18/ 20 мм, прекалибрисани шприц уз балон, компатибилан са 0,035" guide wire, давање контраста изнад балона, (радна дужина 1900 мм, мин. радни канал 3,2 мм)

Да ли је за наручиоца прихватљив и Балон катетер за екстракцију камена, multiple величине балона 12/ 15/ 18 мм, прекалибрисани шприц уз балон, компатибилан са 0,035" guide wire, давање контраста изнад балона, (радна дужина 2000 мм)

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 5 Партија бр. 43

У техничкој документацији у партији 43 наручилац наводи спецификацију са описом: Сет за лигатуре варикоzitета једњака, сет садржи апликатор, лигатура са 6 припадајућих гумица.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди сет за лигатуре варикоzitета једњака, сет садржи апликатор и лигатуру са 7 припадајућих гумица?

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 6 Партија бр. 55

У техничкој документацији у партији 55 наручилац наводи спецификацију са описом: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жчаним водичем 0,035 inch; дужина балона 40 мм; спољни пречник балона 8 мм; радна дужина 1800 мм; минимални ради канал 2,8 мм

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жчаним водичем 0,035 inch; дужина балона 55 мм; спољни пречник балона 8 мм; радна дужина 1800 мм; минимални ради канал 2,8 мм.

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 7 Партија бр. 56

У техничкој документацији у партији 56 наручилац наводи спецификацију са описом: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жчаним водичем 0,035 inch; дужина балона 40 мм; спољни пречник балона 10 мм; радна дужина 1800 мм; минимани ради канал 2,8 мм

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жчаним водичем 0,035 inch; дужина балона 55 мм; спољни пречник балона 10 мм; радна дужина 1800 мм; минимани ради канал 2,8 мм

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 8 Партија бр. 58

У техничкој документацији у партији 58 наручилац наводи спецификацију са описом: Балон за дилатацију колона; дужина балона 30 мм; спољашњи прецник 8 мм; радна дужина 2400 мм; минимални радни канал 2,8 мм

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију колона; дужина балона 55 мм; спољасњи пречник 8 мм; радна дужина 2400 мм; минимални радни канал 2,8 мм

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 9 Партија бр. 59

У техничкој документацији у партији 59 наручилац наводи спецификацију са описом: Балон за дилатацију колона; дужина балона 30 мм; спољасњи прецник 12 мм; радна дужина 2400 мм; минимални радни канал 2,8 мм

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију колона; дужина балона 55 мм; спољасњи прецник 12 мм; радна дужина 2400 мм; минимални радни канал 2,8 мм

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 10 Партија бр. 84

У техничкој документацији у партији 84 наручилац наводи спецификацију са описом: Сет стент уретерални, чврсти, од термосензитивног матерјала са хидрофилном облогом, дебљине 5 Fr, дужине 22-32cm, остаје у организму 12 месеци

Да ли је за наручиоца прихватљив и сет стент уретерални, чврсти, од термосензитивног матерјала са хидрофилном облогом, дебљине 4,8 Fr, дужине 22-30 cm, остаје у организму 12 месеци

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр. 11 Партија бр. 87

У техничкој документацији у партији 87 наручилац наводи спецификацију са описом: кошулица за уводјење уретерореноскопа у уретер, унутрашњи дијаметар радног канала ширине до 9.5/10 Fr, дужине 45 cm

Да ли је за наручиоца прихватљива и кошулица за уводјење уретерореноскопа у уретер, унутрашњи дијаметар радног канала ширине 11Fr, спољашњи дијаметар 13Fr, дужине 46 cm?

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 12 Партија бр. 113

У техничкој документацији у партији 113 наручилац наводи спецификацију са описом: TOT sling за женску уринарну инконтиненцију - Сет за SUI код жена, исплетена полипропиленска монофиламентна sling мрежица-трака/густина ткања већа од 1000 микрона/величине 50cmx1.1cm, неабсорбабилна за трансобтураторно уводјење-споља пут унутра/оут-ин/, ресорбујући тензиони конач 4.0 PGA који се протеже кроз мрежицу, дијаметра ткања 6mm, пластични заштитини омотач, 2 лучно-хеликоидна закривљене игле до хирушког челика орјентисане лево и десно, стерилно, за једнократну употребу.

Да ли је за наручиоца прихватљива и TOT (out-in) исплетена монофиламентна трака од полипропиленска тип И, плаве боје, са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри, са централним језичком за позиционирање, величине поре 1182 микрона, дијаметра влакна 0,15 mm, специфичне тежине 100 г/м², дебљине мрежице 0,66 mm и две хеликоидне игле за уводјење од нерђајућег челика за једнократну употребу?

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 13 Партија бр. 114

У техничкој документацији у партији 114 наручилац наводи спецификацију са описом: Једноинцизниони мини слинг за женску уринарну инконтиненцију - Сет за SUI kod žena, исплетена полипропиленска монофиламентна мини мрежица-трака/густина ткања већа од 1000микрона/, једноинцизниона самофиксирајући система са обтураторним фиксирањем који се састоји од једне закривљене игле од хирушког челика за једнократну употребу, димензија траке 8.5cmx1.1cm и 2 полипропиленска интегрисана самофиксирајућа врха

Да ли је за наручиоца прихватљив и једноинцизниони слинг од полипропиленска дужине 9cm са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри дужине 4cm и иглом за увођење од хирушког челика за једнократну употребу са средишњим маркером и гурачем за отпуштање?

Одговор: Прихвата се сугестија и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 14 Партија бр. 115

У техничкој документацији у партији 115 наручилац наводи спецификацију са описом: Систем репарације апикалног anteriорног пролапса /Elevate anterior/ / Сет за репарацију апикалног и anteriорног пролапса, који се састоји од једне апикалне и једне anteriорне игле од хируршког челика/за једнократну употребу/ и нересорптивне монофиламентне полипропиленксе мрежице /густина ткања већа од 1000 микрона/ димензија: дужина 10цм, апикална ширина 8цм, ширина од једног до другог фиксационог краја 9цм, дужина 6,5цм од копче за отпуштање до врата мрежице

Да ли је за наручиоца прихватљива и мрежица за anteriорни и апикални вагинални пролапс од полипропилена, плаве боје, макropорозна са централним маркером, крацима превученим дилататорима за фиксирање кроз сакроspинални лигамент са бургијастим иглама за инструмент за водјењем сутуре, површине 62 цм², специфичне тежине 25 гр/м², површинског односа према ткиву 1,11?

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

МК.

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС