



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7959-¹¹
27 SEP 2017 2017. године

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке офтамолошка
опрема за потребе ВБ Ниш, бр. 371/17, и
измена конкурсне документације
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 25.09.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговор:

1. Питање : У вашем захтеву за машину за факоемулзификацију (партија 1) тражили сте да машина може да постигне вакум до 700 ммHg. С обзиром да на тржишту постоји само једна машина са траженим карактеристикама, молимо вас да измените спецификацију и да тражите максимални вакум од 600 ммHg и више, чиме бисте омогућили и другим понуђачима да учествују, а све у циљу поштовања начела обезбеђења конкуренције у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама?

Одговори на питање:

Сагласни смо да се изврши измена спецификације у делу који се односи на вакумски лимит тако да гласи: вакумски лимит од 600 ммHg и више и у том смислу ће се вршити измену и допуну техничке спецификације за партију један а према наведеном прилогу.

Прилог: страна 26 и 27 конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 7959/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници МО РС



АСЕЛУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
ТУКОВНИК

проф. др. Милош Вукосављевић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено
добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1 6 - I - 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Количина у комади ма	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
Опште карактеристике:				
1.1	Платформа за факоемулзификацију, на покретном постољу са следећим карактеристикама,			
1.2	рад на принципу перисталтичке или вакуумске пумпе на вентури принципу			
1.3	рад са ултразвучном фако сондом 3 (три комада), ултразвучна фреквенција рада сонде од 28 до 40 KHz,			
1.4	опционо континуирани начин рада фако сонде, пулсни начин рада фако сонде, бурст начин рада ултразвука,			
1.5	одржавање интраокуларног притиска током операције,			
1.6	обезбеђен аспирациони проток,			
1.7	вакумски лимит од 600 mm Hg и више,			
1.8	предња витректомија са конектором - 3 оригиналне кутије (са по 6 витректома),			

1.9	биполарна дијатермија опционо,			
1.10	бежична папучица, са пуњивим батеријама и могућност програмирања ножних команди,			
1.11	меморисање параметара за 10 и више оператера,			
1.12	звучна сигнализација упозорења и контрола параметара,			
1.13	контрола параметара бежичним даљинским управљачем опционо,			
1.14	1 сонда за иригацију - аспирацију,			
1.15	2 бимануелна сета сонди за аспирацију- иригацију,			

у

дана

П О Н У Ђ А Ч

(штампано име и презиме)

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)