



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 4664 - 10

26 MAY 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У поступку јавне набавке мале вредности добра, кантице и кесе за инфективни, цитостатички и други отпад, редни бр. 172/2017, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„Наиме, на страни 13 конкурсне документације у делу Техничке карактеристике процењене вредности артикала под 3 и под 4 нису у складу. Артиклу тј. кантици од 7-7,5 литара проценили сте 120,00 дин јединичну цену, а кантици која је мања 5-5,5 литара 122,00 дин. Не знамо да ли је то грешка или је заиста таква процена? Молимо Вас за појашњење.

Затим на страни 14. Конкурсне документације наводите стандарде произвођача:

- ISO 9001- менаџмент квалитетом у производњи, за све 4 партије
- BS 7390- спецификација контејнера за сакупљање оштрих предмета, за све 4 партије
- UN 3291- за манипулацију и транспорт инфективног отпада, за све 4 партије.

Од наведених стандарда само се ISO 9001 односи на произвођача, остали стандарди су стандарди произвођача BS 7320 је British стандард односно то је стандард Велике Британије који није код нас у Србији усвојен, тако да не видимо потребу за тражењем иностраних стандарда. Молимо Вас и тај став да нам појасните.

С обзиром да сте навели у конкурсној документацији да нећете прихватати мишљења или потврде лабораторија које нису акредитоване молимо Вас да наведете које су акреитоване лабораторије у Србији, с обзиром да по нашим сазнањима ниједна лабораторија није акредитована за тражене области акредитације.“

О д г о в о р и:


Цена кантице од 5-5,5l је 100,00 РСД без ПДВа, односно 120,00 РСД са ПДВом. Цена кантице од 7-7,5l је 120,00 РСД без ПДВа, односно 144,00 РСД са ПДВом.

Иамјући у виду чињеницу да се ради о дактилографској грешци, која не утиче на укупну процењену вредност партија без ПДВа, наведено се односи на појашњење конкурсне документације и, у том смислу се неће вршити измене и допуне исте.

Стандард BS 7320 односи се на испитивање спецификације за контејнере са оштрицом, а UN 3291 односи се на испитивање квалитета боје, симбола, механичког тестирања, услова тестирања, биолошку опасност, ивице контејнера итд. Доказивање оба стандарда је потребно ради доказивања да контејнери могу да обезбеде безбедно прикупљање и чување оштрих предмета до њиховог третмана. Стандард је потребно да изда лабораторија која врши испитивање према захтевима тражених стандарда.

За доказивање стандарда ISO9001 произвођача, потребан је доказ акредитационог система квалитета. Списак акредитованих лабораторија можете наћи на сајту Акредитационог тела Србије.

MC, MC



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС