



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 5856 - 30

26 JUL 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицински нехемијски потрошни материјал - материјал за стезање, шивење лигатуре, мрежице – протезе, ознака из ОРН: 33141120 и 3341125, редни бр. 231/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

„Наручилац је приликом састављања конкурсне документације за јавну набавку 648/16 (231/17)- медицински нехемијски потрошни материјал -материјал за стезање, шивење лигатуре, мрежице – протезе, у партијама бр. 4, 7 и 12 предвидео одређени „тензиони профил“ у коме се за одређене врсте конца траже две вредности као доказ о траженом тензионом профилу. Увидом у каталог произвођача и упутства за употребу које је предато АЛИМС приликом регистрације производа за одређену врсту конца могуће је пронаћи једну или ниједну вредност. Не постоји као релевантан податак нити у каталогу нити у упутству за употребу.

Да ли Наручилац као доказ прихвата оверену и потписану изјаву произвођача о тензионом профилу под пуном материјалном и кривичном одговорношћу?“

О д г о в о р :

Не прихвата се предлог заинтересованог понуђача да се као доказ достави оверена и потписана изјава произвођача о тензионом профилу понуђеног добра. Тражене карактеристике конца морају бити наведене у захтеваним документима.

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

МП



ЗАСТАПНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

п у к о в н и к

Проф. др. Мирослав Вукосављевић