



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 3053 - 28

06 APR 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дијагностички материјал за анализаторе произвођача Siemens, Roche и Abbott, ознака из ОРН: 33124130, редни бр. 16/2017 (666/2016), заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„Везано за ваш захтев за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 16/17 и тендерске документације за горе наведену набавку, учили смо нека неслагања.

Наиме у Партији 3. Дијагностички материјал компатибилан са апаратом Nephelometar BNII

1. Потребне количине, односно тражене количине по годинама не одговарају величинама оригиналних паковања.

За ставку 46 оригиналног паковања 3x1.7ml, тражено је 15,3ml за сваку годину појединачно за ВМА. Код укупних количина з а сваку годину, вероватно због укљученог сетовања на целе бројеве, потребна количина 15ml, а укупно за обе године 31ml.

За ставку 47 оригиналног паковања 3x2.1ml, тражено је 18,9ml за сваку годину појединачно за ВМА. Код укупних количина з а сваку годину, вероватно због укљученог сетовања на целе бројеве, потребна количина 19ml, а укупно за обе године 38ml.

Молимо вас да се усклади тендерска документација према стварно траженим количинама.“

Одговор:

Наручилац прихвата предлог заинтересованог понуђача, и у том смислу ће се извршити измена и допуна конкурсне документације.

MC
ca



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
П у к о в н и к
Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС