



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6634 -**29**

27 JUL 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, респиратори за потребе Војномедицинске академије и Респираторни уређаји за потребе Војне болнице Ниш, ознака из ОПН: 33195000 и 33157000, редни бр. 167/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

- 1) „ставка 1.8. гласи: „Поседује неки од напредних модела вентилације намењен процени одмикавања и одмикавању пацијента од механичке вентилације: SmartCere или SBT или IntelliVent (ASV) или PAV+ или NAVA, или ATRC или PV-tool/intellicyce“
Да ли можете да нам појасните појам ATRC? Да ли је то automatic tube resistance compentastion?“
- 2) „респиратор поседује активне модове венитлације: волуменом контролисана, притиском контролисана, Bi-PAP (или DuoPAP или Bi-level), PRVC, SIMV у варијантама са контролом волумена и са контролом притиска, CPAP са подршком притиска, NIV;
PRVC је заштићено име које користе поједини произвођачи, да ли прихватате еквивалентна решења осталих произвођача?“

О д г о в о р и:

- 1) Да, ATRC је „automatic tube resistance compentastion“.
- 2) Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог понуђача, и у том смислу ће се извршити измена и допуна конкурсне документације.


Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

П У К О В Н И К

Проф. др Мирослав Вукосављевић