



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 3972- 12
25 OCT 2018. _____. 2018. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Ж.Стојановић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
одговор на питања у вези конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку бр. 363/18

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 363/18 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Примили смо захтев за додатним информацијама или појашњењима потенцијалног понуђача следеће садржине:

Питање 1. : У поглављу Техничке карактеристике под спецификациом број 7308 наводите да је уз испоруку предметног уређаја, универзалног дигиталног мултиметра у ставци „Комплет шентова струјних“, потребно доставити Уверење о првој верификацији за струјне шентове. С обзиром на то да је у питању пасивни елемент, а не мерни инструмент, молимо Вас да изузмете овај услов из техничких захтева.

Након анализе захтева одлучили смо да на постављено питање дамо следећи **одговор**:
Наручилац остаје при свему наведеном у техничким карактеристикама за добра из спецификације број 7308.


Питање 2.: У поглављу Техничке карактеристике под спецификациом број 7308 наводите да је уз испоруку предметног уређаја, универзалног дигиталног мултиметра у ставци „Комплет шентова струјних“, потребно доставити Уверење о првој верификацији. Молимо Вас за додатно појашњење о детаљима поменутог уверења и да ли приложено уверење задовољава тражене карактеристике?

Након анализе захтева одлучили смо да на постављено питање дамо следећи **одговор**:

Достављени документ не представља уверење о првој верификацији. У самом документу је наведено да се сертификат о калибрацији издаје по захтеву купца. У техничким карактеристикама за спецификацију 7308 је наведено да се тражи уверење о првој верификацији. Наручилац остаје при свему наведеном у техничким карактеристикама за добра из спецификације број 7308.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

ДК


ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
доц. др Војкан Радојић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.