



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7959- 15

1. OCT 2017 7. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде, у поступку јавне набавке,
офталмолошка опрема за потребе ВБ
Ниш, бр. 371/17, и измена конкурсне
документације
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 09.10.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговор:

1. Питање :

Партија 1. Офталмолошка опрема за потребе ВБ Ниш:

1.5. Одржавање интраокуларног притиска током операције

Молимо вас да прецизније појасните шта подразумева „одржавање интраокуларног притиска током операције“, и на који начин (механички, електронски)?

1.6. Обезбеђен аспирациони проток

Да ли можете да појасните шта је наручилац мислио под „обезбеђен аспирациони проток“, имајући у виду различит принцип ради вентури и перисталтичке пумпе?

Одговори на питања:

Партија 1.

1.5. Механички или електронски систем за иригацију који омогућава да се подеси притисак инфузије довољан да одржи стабилну комору током операције, способан да благовремено реагује на нагле притиске у комори.

1.6. Обезбеђен аспирациони проток за перистатичку пумпу са могућношћу подешавања протока кроз сонду у мл/мин., или за пумпу на вентури принципу да има систем за ограничење протока.

С. 3С.

24

24



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

проф. др Милослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 7959/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС