



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4857- 16

18 MAJ 2017. године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке Медицинска
опрема за ОП блок за потребе
Војномедицинске академије.
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 08.05.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговор:

Питање: Дефиниција производа у техничкој спецификацији за партију 4,

Ставка 1.7 – Интегрисани принтер за документовање у реалном времену свих релевантних података (време почетка, дужина трајања, притисак...)

Ставка 1.11-2 конекциона црева у две боје минималне дужине 5м.

Има наведене особине које немају функционални значај и уопште не утичу на ефикасност система, а које нас, с обзиром на наведене техничке карактеристике у КД онемогућавају да учествујемо у предметној ЈН.

У складу са основним начелима ЗОЈН – начелима једнакости понуђача, обезбеђивање конкуренције и транспарентности Наручилац је у обавези да састави конкурсну документацију тако да не доведе ни једног понуђача у дискриминаторски положај.

У складу са напред наведеним, молимо Вас да усвојите наше примедбе на техничку спецификацију добара за партију 4, исте измените у складу са основним функционалним карактеристикама и омогућите нам да учествујемо са еквивалентним производима под ОПШТИЈИМ техничким карактеристикама медицинских средстава и то:

Ставка 1.7 - Интегрисани принтер за документовање у реалном времену свих релевантних података (време почетка, дужина трајања, притисак...) или увид у медицинску документацију и статистику на самом апарату.

Ставка 1.11 – 2 конекциона црева у две боје минималне дужине 5м или 2 конекциона црева у две боје минималне дужине 5+/-1м

А што је у складу са потребама Наручиоца и ЗОЈН.

Ми Можемо понудити еквивалентне производе реномираног произвођача по приступачним ценама.

Одговор – спецификација је написана у складу са потребма Операционог блока са централном стерилизацијом и потребама Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Клинике за пластичну хирургију и опекотине и Клинике за васкуларну хирургију. Штампани документ након извршеног излагања екстремитета у бледој стази се прилаже у историју болести и има судскомедицински значај у случају потребе. Наручилац остаје при траженој техничкој спецификацији.

Ср МК.

М

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

проф. др Јоган Динчић