



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 7317 - 14
11 SEP 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију, ознака из ОРН: 33140000, редни бр. 342/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

- 1) „У партији 4- „Импланти за тораколумбалну транспедикуларну фиксацију“ је под ставком број 3 наведено: „шипка титанијумска за транспед.фиксацију, промер до 6мм и дужина 40цм или више“. Да ли то значи да се прихвата шипка промера од 5,5мм?
- 2) „У партији 5- „Импланти за задњу тораколумбалну стабилизацију, систем са промером шипке 4,75мм“ је под ставкама 1, 2 и 4 наведена шипка дијаметра 4,75мм. Да ли ће понуда бити прихватљива ако се у њој наведе шипка промера 4,5мм уместо 4,75мм?“?

О д г о в о р и:

1. Да, Наручилац ће понуду оценити као прихватљиву.
2. Не, Наручилац не може прихватити понуђену димензију, а због специфичности хирушких процедура предвиђених за дечији узраст.

MS
MS

МП



НАЧЕЛНИКА ВМА

В Н И К

Проф. др. Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС