



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 4342 -14

1 MAY 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, Производи од пластичних маса за лабораторијску примену, ознака из ОРН: 19520000, редни бр. 119/2017, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

1. Партија 31 - PETRI посуда предника 90mm (стерилна) компатибилна са апаратом за разливање подлога Systec Mediafill.
Да ли је потребно понудити петри посуде без вентилације (without ventilation cams) или посуде са вентилацијом (with ventilation cams). Вентилација подразумева неколико испупдења у виду цртица, на унутрашњој страни и унутрашњим ивицама поклопца, који омогућују минимално одстојање поклопца од петри посуде.
2. Партија 15- наставци макс.запремине до 20µl и партија 28 – наставак са филтером макс.запремине 20µl. Постоји 2 типа пипета волумена до 20µl: први тип пипете од 20µl је са сивом ознаком и користи наставке са ужим отвором и круницом, други тип пипете од 20µl је са жутом ознаком и користи наставке са ширим отвором и круницом тј. тип наставка од 200µl. За које типове пипета од 20µl су потребни наставци? Да ли треба понудити уже наставке са сивом ознаком или шире наставке са жутом ознаком, обзиром да се и једни и други користе на различитим типовима пипета од 20µl?
3. Партија 17 - Оптичке тубе и поклопци компатибилне апарату ABI prism real time PCR 7500.
17.1-Оптичке тубице у стрип, 0,2ml, у сваком стрипу по 8 тубица, компатибилне за 7500 Real Time PCR апарат-1750 комада.
17.2-Оптичке тубице у стрипу, равни поклопци, у сваком стрипу по 8 тубица, компатибилне за 7500 Real Time PCR апарат-2300 комада.
Да ли се наведене количине односе на комаде стрипова од 8 тубица (1750 стрипова од 8 тубица/2300 стрипова од 8 тубица) или на комаде тубица (укупно 1750 тубица/2300 поклопаца)?
4. Партија 32-PETRI посуда преч. 55mm (стерила)
Да ли је прихватљиво понудити петри посуде димензија пречник 60mm x висина 15mm?

5. Партије 70, 71, 72- наставци запремина 20µl/200µl/1000µl, компатибилни са RAININ пипетама. Да ли наручилац прихвата доставу узорак за проверу компатибилности, као и следеће карактеристике стерилности (које се назнатно разликују од наведених у конкурсnoj документациji), како следи- Human DNA <5.0 fg/µl, Bacterial DNA <0.2 fg/µl, Dnase <5x10⁻⁷ units/µl, Pyrogen <0.002 EU/ml, Rnase <5x10⁻¹¹ Kunitz units/µl и ATP <1x10⁻¹² mmol/µl free.
6. Да ли за партију 4. одговарајуће понудити кутије за предметна стакла (за 100 стакла), према достављеној фотографији?
7. Да ли за партију 5. одговарајуће понудити кутије за предметна стакла (за 5 стакла), према достављеној фотографији?
8. У конкурсnoj документациji на страни 56-Модел оквирног споразума, члан 1. стоји: Наручилац се обавезује да Министарству одбране _____ (у даљем тексту Наручилац) испоручи, а наручилац да плати добра ...
Да ли Ви попуеавате празно поље? Ако није тако, шта је потребно написати на црти?

О д г о в о р и:

1. Петри посуде предника 90mm (стерилна), компатибилна са апаратом за разливање подлога Systec Mediafill, није потребно да имају вентилацију.
2. Неопходно је да понуђено добро (наставак) буде компатибилан за Eppendorf аутоматском пипетом, а да максимална запремина наставка буде до 20µl. Тип пипете није важан. Треба понудити наставке са ужим отвором и круницом, за партију 15.
Неопходно је да понуђено добро (наставак) има максималну запремину до 20µl. Тип пипете није важан. Треба понудити наставке са ужим отвором и круницом, за партију 28.
3. Наведене количине се односе на стрипове тубица (8 тубица у низу) и стрипове поклопаца (8 поклопаца у низу), односно 1750 стрипова од 8 тубица/2300 стрипова од 8 поклопаца.
4. Нема потребе за доставом узорак за проверу компатибилности. Што се стерилности тиче, Pyrogen одступање од 0.001 EU/ml (тражено 0.001 EU/ml, понуђено 0.002 EU/ml) је два пута веће у односу на захтевано, те због специфичности тестова биокомпатибилности, толико одступање није прихватљиво.
5. Да, уколико одговарају предметним стаклима димензија 26x76x1mm, а према Прилогу 2 Конкурсне документације, „ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“.
6. Да, а према Прилогу 2 Конкурсне документације, „ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“.
7. Не, није потребно попуњавати модел уговора, имајући у виду да се ради о прилогу оквирног споразума. Понуђач је у обавези да парафира и печатом овери сваку страну предложеног модела уговора из прилога оквирног споразума.

MC



ПОСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПРЕДСТАВНИК

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС