



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 5856 - 28

03 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицински нехемијски потрошни материјал - материјал за стежање, шивење лигатуре, мрежице – протезе, ознака из ОРН: 33141120 и 3341125, редни бр. 231/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:


1. „Партија бр. 44 - Техничком спецификацијом је очигледно фаворизован само један добављач чиме се директно крши начело конкурентности Закона о јавним набавкама (Члан 10 ЗЈН). С обзиром на све наведено ЗХТЕВАМО да се и наша спецификација прихвати као одговарајуће добро за партију 44 са следећим описом за сваку ставку из партије 44:
Ставка 1: Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od polipropilena i polipropilenskog filma sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -precnik 12 cm +/-1 cm;
Ставка 2: Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od polipropilena i polipropilenskog filma sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -15 cm x 10 cm +/-1 cm;
Ставка 3: Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od polipropilena i polipropilenskog filma sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -15 cm x 20 cm +/-1 cm;
Ставка 4: Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od polipropilena i polipropilenskog filma sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -30 cm x 20 cm +/- 2 cm;
У супротном ћемо Вам се обратити Захтевом за заштиту права, због онемогућавања обезбеђења начела конкурентности у поступку предметне набавке.“
2. Молимо Вас да нам одговорите на питање везано за партију 42, ставка 4, и то:
Да ли бисте прихватили трокар потпуно истих карактеристика, а који је дужине 70mm (5mm/70mm)?

О д г о в о р и:

- 1) Не прихвата се предлог заинтересованог понуђача и наручилац остаје при условима из конкурсне документације, а због специфичних лапароскопских операција.
- 2) Да, прихватљиво је да понуђачи понуде и трокар потпуно истих карактеристика, а који је дужине 70mm и у том смислу ће се извршити измена и допуна конкурсне документације.

4
Co MS, CO
34

МП.



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС