



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9680- 19

28 NOV 2017. године

Појашњење у вези са питањима и измену
конкурсне документације у поступку јавне
набавке лабораторијска опрема –
бр.487/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересована лица су поставила следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1.

Према вашем позиву за ЈН 487/17 лабораторијска добра за потребе ВМА, молимо вас да појасните следеће техничке карактеристике добара која су предмет набавке.

Молимо разјасните следеће:

Партија 1: Фрижидер за чување вакцина

1.3. Тражена је запремина 345-365 литара – Да ли је прихватљива запремина 370литара?

1.4. Тражен је температурни опсег од +4 до +8°C- Да ли је прихватљив температурни опсег од 0 до 15°C са могућношћу подешавања и закључавања температуре на тражени опсег од +4 до +8°C?

1.5. Тражена је потрошња ел.енергије за 24 часа до 1,4KW/h –Да ли је прихватљиво понудити фрижидер просечне дневне потрошње до 4,8KW?

1.11. Тражена је брава- Да ли треба понудити фрижидер са бравом за закључавање?

Одговори:

- 1.3. Прихватљива је и запремина до 370 литара, тако да се мења ова ставка и гласи 345-370 литара.
- 1.4. Фрижидер мора да буде у стању да одржава температуру у опсегу од +4 до +8 без већих варијација температуре. При одлучивању о техничким карактеристикама фрижидера за чување вакцина водили смо се искључиво стриктно прописаним међународним захтевима о неопходности поштовања „хладног ланца“ при чувању вакцина, а који предвиђа да се вакцине чувају строго на температури између 4 и 8 °C . Уколико фрижидер испуњава овај захтев онда није сметња то што има шири опсег подешавања температуре.
- 1.5. Прихватљива је и максимална дневна потрошња електричне енергије до 5 kWh и ова ставка се мења и гласи: потрошња ел. енергије за 24 часа до 5 kWh
- 1.11. Тражи се фрижидер са бравом за закључавање.

Партија 4: Центрифуга са хлађењем:

- С обзиром на делатност Ваше установе и делатности Ваших лабораторија указујемо на чињеницу да се центрифуга коју набављате користи за испитивање узорака –крви и/или крвних продуката те самим тим мора бити регистрована као медицинско средство према одредбама члана 173 став 1 и члана 193 став 4. Закона о лековима и медицинским средствима. Те молимо да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о лековима и медицинским средствима допуните ваш Позив за подношење понуда са јасним захтевом да је за понуђено добро неопходно решење о регистрацији у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије

Одговор: важећим Законом о лековима и медицинским средствима, чланом 173. ставом 6. предвиђено је: „Инвитро дијагностичким медицинским средством не сматрају се производи за општу лабораторијску употребу, осим ако те производе произвођач медицинског средства искључиво не намени за употребу и инвитро дијагностичким испитивањима“. Испитивањем тржишта, установљено је да постоје произвођачи поменутог добра који нису добро наменили за употребу и инвитро дијагностичким испитивањима, а поменуто добро се набавља за потребе Института за медицинска истраживања Војномедицинске академије. Не прихвата се.

- Тражено је трајање убрзавања: не преко 15 секунди – Да ли је прихватљиво трајање убрзања 19 секунди?

Одговор: не прихвата се примедба и наручилац остаје при техничкој спецификацији конкурсне документације.

- Тражено је трајање кочења: не преко 15 секунди – Да ли је прихватљиво трајање кочења 20 секунди?

Одговор: не прихвата се примедба и наручилац остаје при техничкој спецификацији конкурсне документације.

Партија 7: Лабораторијски замрзивач

1.8.а Подесиве полице за одлагање: 6 и више комада, пластифициране металне решетке носивости мин 50кг свака – Обзиром да је у питању велики двокрилни замрзивач, да ли сте мислили да свако крило/страна има по 6 полица односно 12 полица укупно или да свако крило/страна има, по 3 полице односно 6 полица укупно?

1.8.б Подесиве полице за одлагање: 6 и више комада, пластифициране металне решетке носивости мин 50кг свака- Да ли је прихватљива носивост полице од 35кг?

1.15 Тражен је аларм прекида напајања: визуелни и акустични одмах по прекиду напајања, 72 сата аутономија – Да ли прихватате : визуелни и акустични одмах по прекиду напајања, 48 сати аутономија?

Одговори:

1.8а: у спецификацији није наведено да ли је фрижидер једнокрилни или двокрилни, потребно је да поседује најмање 6 полица носивости од 5 кг.

1.8б: није прихватљива мања носивост од 50 кг по полици.

2.15: није прихватљива аутономија мања од 72 сата

2.

Партија 1: Фрижидер за чување вакцина

На страни 29, поглавље 6-1-4, техничка спецификација за партију 1, фрижидер за чување вакцина, у тачки 1.5 тражених карактеристика наведено је да је потребно понудити фрижидер чија је потрошња електричне енергије за 24 часа до 1,4 kw/h. Обзиром да већина модела на тржишту истих или сличних карактеристика има већу потрошњу електричне енергије наше питање је да ли је прихватљиво понудити модел

фрижидера чија је потрошња електричне енергије 2,29 kwh/24, а у свему одговара захтеваној спецификацији?

Одговор: на питање је већ одговорено: „1.5. Прихватљива је и максимална дневна потрошња електричне енергије до 5 kWh и ова ставка се мења и гласи: потрошња ел. енергије за 24 часа до 5 kWh“.

Прилог: измењене стране 29 и 30 конкурсне документације

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 9680/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др. Димитрије Вукосављевић