

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/6335- 7

05 JUL 2017 година

БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези

ЈНМВ бр. 157/17, доставља.-

Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈНМВ 169/17:

1. Питања у вези партије бр. 25: Молим да за уређај који се тражи у партији број 25: RF појачивач снаге доставите следећа појашњења:

1а. С обзиром да је тражено да уређај треба бити са могућношћу уградње контролног панела са контролом излазног нивоа, приказом директне и рефлектоване снаге као и интерфејсима IEEE 488 GPIB и Ethernet, молимо вас да потврдите да наведена спецификација не захтева испоруку наведених опција у оквиру тендера 157/17 већ само могућност да се некада у будућности инструмент прошири са траженим опцијама.

Одговор:

Потврђујемо да наведена спецификација не захтева испоруку наведених опција у оквиру тендера 157/17 већ само могућност да се некада у будућности инструмент прошири са траженим опцијама.

1б. Да ли је потребно да уређај поседује RF конекторе на предњој или задњој страни?

Одговор:

Потребно је да уређај поседује RF конекторе на предњој страни.

1в. Да ли траже овлашћење било ког типа?

Одговор:

Уколико се питање односи на одобрење типа-није потребно.

2. Питања у вези партија бр. 16 и 17: Која врста материјала се тестира на динамометрима и молим вас да доставите ближе карактеристике за партије 16 и 17.

Одговор:

Потребни су динамометри за мерење вучне силе и силе притиска (двосмерни-ручни), тачности $\pm 1\%$, са бројчаником и казальком која се задржава на максимално оствареној вредности.

3. Питање у вези партије бр. 8: Која врста материјала се тестира на динамометру који је тражен у оквиру партије бр. 8?

Одговор:

Одбрављивање и забрављивање авионских брава.

4. Питање у вези партије бр. 6: карактеристике порозиометра наведене у тачки а) нису исте као код предложеног референтног произвођача и модела порозиометра: Модел МО 21А, приозвођача «SDL ATLAS», LTD у оквиру тачке б) дате партије. Молимо за појашњење.

Одговор:

Понуђач може понудити порозиометар карактеристика наведених у тачки а) или референтни модел наведен у тачки б) или одговарајући. Дакле, може се понудити порозиометар који има карактеристике наведене под а) или б). Напомињемо да је приликом испоруке порозиометра потребно водити рачуна о одредбама Закона о метрологији, где је предвиђено да би увозник/продавац, пре пуштања на тржиште, требало да изврши усаглашеност производа извршењем нултог метролошког прегледа уређаја у Србији.


АВЛ



ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл.инж.



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Одељењу за набавку