

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/6595-11

10 5 JUL 2017 година

БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези

ЈНМВ бр. 169/17, доставља.-

Питања и захтеви за додатним појашњењима за ЈНМВ 169/17:

1. Партија 15: Када за ултразвучно прање: да ли је потребно понудити и додатни прибор: поклопац и корпа?
2. На страни број 47/51 конкурсне документације, наведено је средство финансијског обезбеђења: меница за озбиљност понуде. Да ли је потребно да за сваку партију за коју понуђач учествује, достави меницу за озбиљност понуде?
3. Да ли ће бити прихватљива понуда са овлашћењем и потписом овлашћеног лица а које је потписало следеће: страна 26 (образац понуде: опис предмета набавке), стране 28, 29, 30 (образац трошкова припреме понуде, образац изјаве о независној понуди), страна 33 (менично писмо-овлашћење), страна 34 (изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла), страна 39 (модел уговора), страна 41 и 43 (прилози модела уговора-менична овлашћења).
4. Молио бих више информација у вези траженог уређаја за мерење тачке росе (партија број 29) компримованог ваздуха:
 - 4.1. Можете ли омогућити контакт са техничким лицем?
 - 4.2. Да ли се жели портабл уређај или on line, који је прикључак, које тачности, да ли са дисплејем или не...?
 - 4.3. Колики је проток флуида тј, компримованог ваздуха?
 - 4.4. Која је очекивана мерна вредност тачке росе?
 - 4.5. Да ли 4-20 мА као аналогни сигнал задовољава захтеве интеграције у систем?

Одговори:

1. Подразумева се да поклопац и корпа иду уз понуду за партију број 15.
2. Бланко сопствена меница, за озбиљност понуде може се доставити и посебно за сваку партију или уколико је поднета понуда за више партија, једна бланко сопствена меница која ће важити за целокупну понуду.
3. Понуда са овлашћењем и потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача свуда где је предвиђено конкурсном документацијом биће прихваћена. Наравно, меница

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз меницу се доставља и копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа). Дакле, потребно је доставити понуду у свему у складу са конкурсном документацијом.

4. Одговори за партију број 29:

4.1. Сва питања можете поставити писаним путем на начин наведен у Конкурсној документацији, а одговори ће бити објављени на Интернет станици наручиоца и порталу УЈН.

4.2. Уређај треба да буде портабл (преносни), са могућношћу прикључења на мрежно електро напајање 230V, 50Hz; прикључак није битан, Завод је у могућности да изради потрбан прелазник; тачност мерења 1°C; може са дисплејом или било која врста читавања измерених вредности;

4.3. Уређај који имамо у употреби има проток флуида (компримованог ваздуха) током мерења 1L/min;

4.4. Границе мерења степена влажности ваздуха (тачка росе) од -10°C до -70°C.

4.5. 4-20 mA као аналогни сигнал задовољава захтеве интеграције у систем.

АВЛ



ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл.инж.



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Одељењу за набавку