

Чувати до: 2022.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс Александра Вранић-Лазовић

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/8517-8

20 JUL 2017 година

БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези
ЈНМВ бр. 224/17, доставља.-

Питања и одговори за ЈНМВ 224/17:

1. Потребна су појашњења у вези партије бр. 9 према следећем:

Влагомер за прашкасте и зрнасте материјале: да ли је прихватљиво понудити модел влагомера капацитета 124 г, температурног опсега 30°C-230°C, са 1 халогеном лампом?

Одговор: није прихватљиво, потребно је понудити у складу са техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији.

2. Потребна су појашњења у вези партије бр. 10 према следећем:

Лабораторијска сушара: да ли је прихватљиво понудити модел сушнице температурног опсега $amb+10C$ до $+250C$ и да ли сушница треба истовремено да има природну или принудну циркулацију или мора да има обе могућности (уколико такав уређај постоји)?

Одговор: није прихватљиво, потребно је понудити у складу са техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији где је наведена и могућност природне и принудне циркулације топлог ваздуха

АВЛ

@-st



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- Одељењу за набавку