

Одговори у вези
ЈН бр. 242/18, доставља.-

Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈН 242/18 дати су према следећем:

ПАРТИЈА БРОЈ 1

Ред. бр. позиције	Питање	Одговор
5	Да ли је одговарајуће понудити хватаљку за бирету чији опсег није дефинисан од 0 до 40mm или обичну клемену са задатим опсегом од 0 до 40mm?	Одговарајућа је и хватаљка чији опсег није дефинисан од 0 до 40mm и обична клема са задатим опсегом од 0 до 40mm. Не може се понудити опционо или једно или друго, већ само једно од ових добара.
18	Да ли је прихватљиво понудити ерленмајер уског грла?	Није, потребно је понудити са широким грлом.
23	Да ли је одговарајуће понудити аутоматску бирету са подеком 0.1ml обзиром да аутоматска бирета са подеком 0.01 ml не постоји?	Одговарајуће је понудити онако како је наведено у питању.
30	Да ли је одговарајуће понудити боцу са навојним затварачем код које није дефинисано да је према стандарду ISO 4796-1 пошто је код траженог произвђача не проналазимо?	Може се понудити, одустаје се од захтева да боца буде према стандарду ISO 4796-1
54	Да ли је одговарајуће понудити пипету чија је толеранција 0.05ml?	Одговарајуће је понудити онако како је наведено у питању.
55	Да ли је одговарајуће понудити пипету чија је толеранција 0.1ml?	Одговарајуће је понудити онако како је наведено у питању.
61	Да ли је одговарајуће понудити мензурну чија је градулација 0.2 ml?	Одговарајуће је понудити онако како је наведено у питању.
65	Да ли је одговарајуће понудити нормални суд запремине 1l.	Није одговарајуће, потребно је понудити тиквицу од 250 ml.
66	Да ли је одговарајуће понудити нормални суд запремине 1l.	Није одговарајуће, потребно је понудити тиквицу од 250 ml.
68	Да ли је одговарајуће понудити центрифуге тежине до 15 kg? Обзиром да није могуће еталонирати центрифуге молимо да овај захтев изузмете из документације.	Одговарајуће је понудити центрифуге тежине до 15 kg. Изузима се захтев да се достави сертификат о еталонирању.
70	Да ли је одговарајуће понудити конусне епрувете запремине 12 ml?	Одговарајуће је понудити онако како је наведено у питању.

74	Да ли се код спецификације боце мисли на 200±0.2 ml?	Да.
75	Да ли је могуће у обрасцу понуде проширити поље јединична цена за тражену позицију обзиром да цене чепова зависе од димензија и није могуће дати једну јединичну цену за више величина? Да ли су оговарајуће димензије 10.5x14.5, 12.5x16.5, 14x18, 17x22, 18x24, 21x27, 23x29, 26x32, 29x35 и 31x38mm?	Одговарајуће је понудити све онако како је наведено у питању а могуће је понудити и друге приближне овим димензије.
76	Да ли је могуће у обрасцу понуде проширити поље јединична цена за тражену позицију обзиром да цене чепова зависе од димензија и није могуће дати једну јединичну цену за више величина? Да ли су оговарајуће димензије 10x13, 12x15, 14x17, 16x19, 18x22, 20x24, 22x26, 24x28, 26x30 и 28x32mm?	Одговарајуће је понудити све онако како је наведено у питању а могуће је понудити и друге приближне овим димензије.

ПАРТИЈА БРОЈ 2

Ред. бр. позиције	Питање	Одговор
1	Да ли се за наведни опсег мосли на 0.01uS/cm до 200mS/cm?	Да.

Општа питања

Одговори

1	Обзиром да потрошни материјал и опрема не поседују MSDS/SDS листе-безбедносни лист поседују само хемикалије, као и TDS да ли је прихватљиво да са испоруком доставимо (уколико будемо изабрани као добављач за ову набавку) лот сертификате понуђеног волуметријског посуђа, упутство за употребу апарата и потврде о еталонирању тамо где је то неопходно пошто су ово једина документа које је могуће обезбедити?	Прихватљиво је све како је наведено у питању. Потребно је у понуди нагласити за сваку од ставки која документација се доставља приликом испоруке.
2	Да ли је потребно доставити спецификације ставки које су тражене у овој набавци и да ли је потребно доставити референтну листу и уколико је потребно молим прецизирајте какву?	Може се доставити спецификација ставки, али није обавезна. Обавезно је нагласити разлику у понуђеном у односу на тражено тако да се недвосмислено може утврдити који производ је понуђен. Уколико се нуди производ идентичан траженом није потребно исти преписивати, већ само нагласити о којој позицији се ради. Достављање референтне листе није обавезно.

АВЛ



ДИРЕКТОР

пуковник

др Деспот Јанковић, дипл.инж.



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
-Одељењу за набавку.