

Чувати до: 2022.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс А. Вранић-Лазовић

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/14459-10
29 DEC 2017 година
БАТАЈНИЦА

Одговори на питања у вези ЈНМВ
бр. 441/17 и измена конкурсне
документације, доставља.-

Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈНМВ 441/17:

1. Питање у вези партије бр. 17: да ли прихватате уређај са следећим карактеристикама: учесталост одабирања 2 GS/s, анализатор спектра преко аналогних канала до 500 MHz, улазна импеданса 1 Mohm и 50 Ohm, тригер на високофреквентне сигнале који слаби сигнале испод 5 kHz?


Одговор: уређај са наведеним карактеристикама је прихватљив.

2. Питање у вези партије бр. 17: да ли је уз осцилоскоп потребно, поред сонди за аналогне канале, испоручити и дигиталну сонду са 16 канала?

Одговор: да, потребно је (поред сонди за аналогне канале) испоручити и дигиталну сонду са 16 канала.

Сви одговори дати у овом акту сматрају се изменом или допуном конкурсне документације у делу на који се односе.

АВЛ



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- Одељењу за набавку

ДИРЕКТОР
пуковник
мр. Деспот Јанковић, дипл.инж.

