

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/10034-10
~~13 NOV 2019~~ година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2023.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс А. Вранић-Лазовић

Обавештење и измена Конкурсне документације
у вези ЈН бр. 341/18,
доставља.-


Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈНМВ 341/18:

Питања у вези партије бр. 20:

1. Који је пречник највећег дела који се испитује?
2. Која је највећа дужина испитиваних комада?
3. Која је највећа маса испитиваних комада?
4. Који је тип струје потребан: AC+HWDC (стандардни испитни сто) или AC+FWDC (у складу са NADCAP нормом за ваздухопловне испитне столове)?
5. Да ли је могуће добити техничке спецификације референтног Chadwick уређаја?

Одговор:

1. 400 mm
2. 2000 mm
3. 400 kg
4. AC+FWDC
5. Изузима се текст из конкурсне документације за ову патрију где је наведен уређај Chadwick као референтни произвођач јер наручилац нема техничке спецификације за исто. У том смислу могуће је понудити уређај било ког произвођача који задовољава тражене техничке карактеристике и то само оне које су наведене у конкурсној документацији.

АВЛ 

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК

др Деспот Јанковић, дипл.инж.

Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

1 - Одељењу за набавку