

Чувати до: 2024.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс А. Вранић-Лазовић

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/4902-3

21 MAY 2019 година

БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези

ЈНМВ бр. 78/19, доставља.-

Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈНМВ 78/19:

1. Питања у вези партије бр. 9: С обзиром да се GOM-801H више не производи, да ли је задовољавајуће понудити модел GOM-804 који произвођач предлаже као директну замену?

Одговор: Прихватљиво је понудити предложени модел.

2. Питања у вези партије бр. 15 и 16: Наведени услов да се приликом испоруке достави уверење о еталонирању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 није могуће испунити из разлога што је у питању произвођач из Америке. Наиме, за ову врсту опреме не постоји акредитована лабораторија по захтеваном стандарду, јер предметна опрема може да се еталонира и баждари једино у фабрици произвођача. Молимо вас да наведени услов изузмете из конкурсне документације а према наведеном и да буде прихватљив и SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS ISO/IEC 17025:2017. Лабораторије су дужне да пређу на нови стандард до краја 2020. године, јер процес транзиције траје 3 године од дана доношења новог стандарда, а наведени стандард је донет 31.12.2017. године.

Одговор: Уверење о еталонирању може бити према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 и према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006.

3. Питања у вези партије бр. 38: Произвођач добара је препоручио да је за компресор који је предмет набавке потребно извршити први сервис након 500 радних сати, а онда сваки следећи на 2500 радних сати. Услуга редовног сервиса није обухваћена гаранцијом и наплаћује се додатно. Уколико желите да и цене редовних сервиса уђу у понуду потребно је да дефинишете очекивани број радних сати на годишњем нивоу, како би смо дефинисали колики број сервиса ће бити потребан.

Одговор: Сервис у гарантном року би требало да буде укључен у понуду. Исти се врши једном годишње на позив наручиоца или по препоруци произвођача о чему одлучује наручилац.

АВЛ

ДИРЕКТОР

пуковник

др Деспот Јанковић, дипл.инж.

Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Одељењу за набавку