

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/14459-Ѓ
27 DEC 2017 година
БАТАЈНИЦА

Одговори на питања у вези ЈНМВ
бр. 441/17 и измена конкурсне
документације, доставља.-

Питања, захтеви за додатним појашњењима и одговори за ЈНМВ 441/17:

1. Питање у вези партије бр. 8: потребна нам је скица простора или да наш сервисер изађе на терен да би дали тачну понуду колико црева високог притиска је потребно, где се монтирају издуви јер то све варира од простора ?

Одговор: да би добили наведене податке понуђачи могу доћи на адресу наручиоца сваког радног дана од 08:00 до 13:30 часова, уз претходну најаву на телефон 011/3716-124 (лице за контакт: Александра Лазовић)

2. Питање у вези партије бр. 16: да ли је прихватљиво понудити клешта FLUKE 376, код којих је опсег мерења отпора $60\text{k}\Omega$ и да ли је захтев за мерење отпора од $60\text{M}\Omega$ грешка у спецификацији.

Одговор: ради се о словној грешци, задовољавајући је опсег мерења отпора $60\text{k}\Omega$.

3. Питање у вези партије бр. 16: да ли је потребно понудити и испоручити оба iFlex флексибилна адаптера (10 и од 18 инча) или је прихватљиво понудити и доставити само флексибилни адаптер од 18 инча.

Одговор: прихватљиво је понудити и доставити само флексибилни адаптер од 18 инча.

3. Питања у вези партије бр. 3: Инвертовани металуршки микроскоп

- Измењиви окулари повећања 10 и 20x; молимо да одговорите да ли је могуће уместо окулар 20x понудити окулар 25x?
- Измењиви објективи повећања 4x, 10x, 20x, 40x, 50x и 100x; молимо да одговорите да ли је могуће уместо објектива 4x понудити објектив 5x?
- Сто микроскопа раван, пречника 110 мм; молимо да одговорите да ли је могуће понудити сто правоугаоног облика са кружним додатком пречника 115мм и са отворима 10, 20 и 30 мм?
- Осветљење Халогена лампа 6 V/30 W; из дугогодишњег искуства сматрамо да осветљење од 30 W није оптимално за ове врсте анализа, те за ову ставку предлагемо осветљење 100W или LED осветљење које одговара 100W лампи.

Одговор: прихватљиво је понудити све како је наведено у питању.

4. Питања у вези партије бр. 3: Инвертовани металуршки микроскоп

У оквиру ове партије под ставком Остало тражи се следеће: Понуђач уређаја треба да има, ако није произвођач из Р. Србије, представништво и сервис на територији Р. Србије, са обученим сервисерима за понуђени тип машине који су држављани Р.Србије. Молимо вас за информацију да ли се ова ставка може доказати изјавом овлашћеног Представништва произвођача за Р. Србију, којом Представништво потврђује да постоји овлашћени сервис на територији Р. Србије, са обученим сервисерима за понуђени уређај?

Одговор: Понуђач је дужан да свако одступање од захтеваних техничких карактеристика (које наручилац није у обавези али може да прихвати уколико значајно не утиче на намену предмета набавке) нагласи у својој понуди а у случају понуде заменитеља да достави техничку документацију везану за исто. Понуђач ће копирати и попунити образац понуде за сваку партију понаособ где ће дати детаљан опис производа који нуди и обавезно ће навести назив произвођача добра.

Дакле довољно је да понуђач нагласи да има, ако није произвођач из Р. Србије, представништво и сервис на територији Р. Србије, са обученим сервисерима за понуђени тип машине који су држављани Р.Србије, односно дужан је да исто обезбеди. Ваш предлог изјаве у смислу доказа је, такође, прихватљив.

5. Питање у вези партије бр. 26:

-позиција 82: захтеван је комплет насадних кључеви 19-65мм и дата је шифра 197MB2 (600954). Ова гарнитура садржи насадне кључеве од 22-50мм. Да ли ова грнитура задовољава ваше захтеве или би требало додати појединачно насадне кључеве од 19,55 и 60мм (нема кључа димензија 65мм а да је прихат 3/4").

Одговор: потребно је додати појединачно насадне кључеве од 19, 55 и 60мм на већ изабрани комплет 197MB2 (600954).

-позиција 112: грешком сте дали погрешну шифру (од позиције 111), па вас молим да прецизирате захтев за ову позицију.

Одговор: шифра за тражену позицију је 619274

Сви одговори дати у овом акту сматрају се изменом и допуном конкурсне документације у делу на који се односе.

АВЛ 

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
мр Деспот Јанковић, дипл.инж.



Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- Одељењу за набавку