



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
бр. 2693-8
од 03.03.2016. године

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику ГШ број 2469-1 од 06.03.2015. године и Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. (даље: Оквирни споразум), доносим:

О Д Л У К У
о додели уговора

У поступак јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2015. годину, на позицији 1.2.156, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број :

- Сходно члану 4. оквирног споразума и члану 39. став 6. Закона, издати наруџбеницу најповољнијем понуђачу **ТЕННОВАТ** из Ветерника, за набавку услуге поправке, на употреби у Институту за трансфузиологију ВМА, према следећим елементима:
Вредност понуде за р-д: 62.932,00 РСД
Вредност понуде за радне сате: 7x1.200,00 8.400,00 РСД
Укупна вредност понуде без ПДВ-а 71.332,00 РСД
Начин плаћања: 30 дана од дана завршетка услуге.
Рок реализације: 20 дана од дана пријема наруџбенице
Гаранција: 6 месеци од дана завршетка услуге
Рок за решавање рекламације у гаранцији: 30 дана.
- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: **МС Company д.о.о.** из Београда, **Medielectro д.о.о.** из Београда, **МД Сервис медицинске опреме** из Београда, **Medisal д.о.о.** из Београда, **Tehnovat Самостална занатска радња** из Новог Сада, **Taurunum Med Active Самостална занатска радња** из Београда, **Profesional medic д.о.о.** из Београда и **Engel д.о.о.** из Новог Сада, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у Институту за трансфузиологију у ВМА, и то:

РБ	Назив СнПСа	Серијски број	Установљена неисправност
1	Сепаратор крвних ћелија произвођача Terumo тип T-АСЕ II	2004-04001	Неисправности на апарату су следеће: - врата се не отварају аутоматски; - проблем са протоком и вагицама и - пушта ваздух на коленастом прикључку

Рок за доставу понуда 18.02.2016. године. Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 23.02.2016. године са почетком у 10:30 часова.

Отварања понуда спроводи комисија ВМА у саставу:

вс Милан Перић, дипл. инж.	председник комисије,
вс Војин Гавриловић, инж.	члан,
вс Данијела Вујић, дипл. ецц.	члан,

Благовремено, тј. до дана 18.02.2016. године, приспела је понуда:

дело. број	Назив -шифра понуђача	датум пријема	Сат
2693-	ТЕННОВАТ из Ветерника	18.02.2016.	08:46

Сходно члану 93. Понуђачу је достављен акт бр.2693-4 од 29.02.2016. године, којим се тражи појашњење за позиције 5 и 6.

Понуђач је 01.03.2016. године доставио појашњење да позиција 5 подразумева подешавање протока, замена оптичког сензора протока и чишћење комплетног система (1 ком), а позиција 6 подразумева подешавање вагица (има их 3), калибрација све три вагице по процедури произвођача и замена конектора једне вагице(1 ком).

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач ТЕННОВАТ из Ветерника, понуда бр. 1702АВ-1 од 17.02.2016. године,
Вредност понуде за р-д: 62.932,00 РСД
Вредност понуде за радне сате:7x1.200,00 8.400,00 РСД
Укупна вредност понуде без ПДВ-а 71.332,00 РСД
Начин плаћања: 30 дана од дана завршетка услуге.
Рок реализације: 20 дана од дана пријема наруџбенице
Гаранција: 6 месеци од дана завршетка услуге
Рок за решавање рекламације у гаранцији: 30 дана.

Услуга подразумева: техничку контролу и утврђивање неисправности, замену опруге врата (2 ком), замена апсорбера (1 ком), демонтажа и монтажа, подешавање врата, подешавање протока, замена оптичког сензора протока и чишћење комплетног система (1 ком) и подешавање вагица (има их 3), калибрација све три вагице по процедури произвођача, замена конектора једне вагице(1 ком), замену коленастих прикључака 81 ком) и повезивање и тестирање система.

Пондерисање није вршено, јер је добијена само једна понуда.

Предлог Комисије:

На основу значаја сепаратора крвних ћелија произвођача Teguto тип Т-АСЕ II и немогућношћу да се потребе задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, као најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу привредном друштву ТЕННОВАТ из Ветерника, за набавку услуге поправке сепаратора крвних ћелија произвођача Teguto тип Т-АСЕ II, на употреби у Институту за трансфузиологију ВМА, према следећим елементима:

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Вредност понуде за р-д: | 62.932,00 РСД |
| Вредност понуде за радне сате:7x1.200,00 | 8.400,00 РСД |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | 71.332,00 РСД |
| Начин плаћања: | 30 дана од дана завршетка услуге. |
| Рок реализације: | 20 дана од дана пријема наруџбенице |
| Гаранција: | 6 месеци од дана завршетка услуге |
| Рок за решавање рекламације у гаранцији: | 30 дана. |

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама (члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

ДВ

МП

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
пуковник
проф. др Драган Динчић

-уз омот предмета